



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/196
URBROJ: 558-02-01/1-16-4

Zagreb, 21. srpnja 2016.

Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju čl. 104. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/2009) radi ispravljanja pogreške u prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, po službenoj dužnosti donosi

RJEŠENJE

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila ovog tijela KLASA: UP/I-960-03/06-07/196, URBROJ: 558-06/6-06-3, od 29.12.2006. godine, ispravlja se pogreška u tablici točka 2.3., koja se mjenja i glasi:

Točka 2.3. Najmanji podjeljak

- $p \leq 1$ mm, za nazivnu duljinu $L = 0,5$ m i $L = 1$ m
- $p \leq 1$ cm, za nazivnu duljinu 1 m $\leq L \leq 2$ m
- $p \leq 10$ cm, za nazivnu duljinu $L > 2$ m
- $p \leq 1$ cm, za nazivnu duljinu $L = 1$ m – mjerila posebne namjene – metar za tekstil

Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja

O b r a z l o ž e n j e

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila Državnog zavoda za mjeriteljstvo KLASA: UP/I-960-03/06-07/196, URBROJ: 558-06/6-06-3, od 29.12.2006. godine, u točki 2.3 Najmanji podjeljak, izostavljena je vrijednost podjeljka (p) za mjerila posebne namjene – metar za tekstil te se ovim rješenjem ispravlja ova pogreška.

Sukladno navedenom, na temelju čl. 104. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja



ZAMJENIK RAVNATELJA:

Mr.sc. Božidar Ljubić, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. DONIM PROMET d.o.o., Zagreb, Mrkšina 69
2. Pismohrana