

KLASA: UP/I-960-03/01-07/17
URBROJ: 558-03/3-01-4
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke UNIVERZAL d.o.o., Medarska 67, Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: mjerna letva za mjerenje razine tekućine
 - tvornička oznaka mjerila: D-0025
 - proizvođač mjerila: TGA-COMMERCE d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 - službena oznaka tipa mjerila: HR D-1-1005
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka, UNIVERZAL d.o.o., podnijela je ovom Zavodu, 29. siječnja 2001., zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma ("Narodne novine" broj 111/97) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. UNIVERZAL d.o.o., Medarska 67, 10090 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS MJERILA

Mjerna letva tipa D-0025 namijenjena je za mjerenje razine tekućeg goriva u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma na benzinskim postajama.

Mjerna letva izrađena je od aluminijske cijevi poprečna presjeka oblika četvorine kojoj je duljina stranice $a = 20$ mm. Na početnu dijelu mjerne letve nalazi se vrh (čep) od mesinga čija je krajnja ploha početna temeljna oznaka ljestvice te mjerne letve. Vrh od mesinga čini s preostalim dijelom letve nerazdvojnu cjelinu. Na krajnjem gornjem dijelu mjerne letve pričvršćen je lanac od mesinga s alkom za držanje.

Mjerna letva ima ljestvicu označenu na rubnoj strani jedne površine cijevi. Oznake ljestvice u obliku su ravnih crta okomitih na uzdužnu os mjerne letve. Sve su crte jednake širine, a njihova je duljina najmanja kad označuju milimetre, dulja za polovine centimetara, a najdulja za centimetre. Na vrhu od mesinga nema oznaka ljestvice.

Oznake ljestvice i obročavanje započinju 2 cm od krajnje plohe, na mjestu veze vrha od mesinga s osnovnim dijelom mjerne letve. Obročjen je svaki centimetar.

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Najveća dopuštena pogreška propisana je Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma ("Narodne novine" broj 111/97).

2.2. Razred točnosti: II

2.3. Nazivna duljina: 3 m

2.4. Najmanji podjeljak: 1 mm

2.5. Referencijski uvjeti: Temperatura: 20 °C

3. CRTEŽI I SLIKE ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež/slika	Sadržaj crteža/slike
Slika 1	Mjerna letva tipa D-0025 (početni i krajnji dio letve)

4. NATPISI I OZNAKE

Mjerna letva tipa D-0025 mora imati na kraju ljestvice iza zadnje crte ove jasno vidljive, čitljive i kod normalnih uvjeta uporabe neizbrisive natpise i oznake:


- znak proizvođača: TGA
- nazivnu duljinu: 3 m
- razred točnosti: II
- službenu oznaku tipa mjerila: HR D-1-1005.

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Mjerna letva tipa D-0025 koja zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma ("Narodne novine" broj 111/97), žigoše se osnovnim i godišnjim žigom tako da se osnovni žig stavlja na početak mjerne letve (čep), iza zadnje crte ljestvice i na

mjesto veze vrha od mesinga s osnovnim dijelom mjerne letve, a godišnji se žig stavlja iza zadnje crte ljestvice uz osnovni žig.

Žig vrijedi 2 (dvije) godine.



Slika 1: Mjerna letva tipa D-0025 (početni i krajnji dio letve)