

KLASA: UP/I-960-03/01-07/104  
URBROJ: 558-03/3-02-1  
Zagreb, 16. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke MARŠALEK d.o.o., Celine 20, Vrbovec, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **TIPNO ODOBRENJE**

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: kruto jednodijelno mjerilo duljine
  - tvornička oznaka mjerila: M-IM
  - proizvođač mjerila: MARŠALEK d.o.o.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Vrbovec, Republika Hrvatska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR D-1-1006
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka, MARŠALEK d.o.o., podnijela je ovom Zavodu, 11. travnja 2001., zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene ("Narodne novine" broj 69/97) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

**R A V N A T E L J**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. MARŠALEK d.o.o., Celine 20, 10216 Vrbovec
2. OMP – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. TEHNIČKI OPIS MJERILA

Kruto jednodijelno mjerilo duljine (metar za tekstil) namijenjeno je za mjerenje duljine tkanine u trgovini.

Mjerilo je izrađeno od kvalitetnoga suhog bukova drveta u obliku letve poprečnoga presjeka oblika pravokutnika kojemu su stranice duljine  $a = 25 \text{ mm}$  i  $b = 20 \text{ mm}$ . Mjerilo je obojeno bezbojnim zaštitnim lakom.

Mjerilo ima dvije ljestvice suprotnog smjera jednake vrijednosti podjeljka, a označene na suprotnim širim stranama mjerila. Temeljne su oznake mjerila krajnje plohe koje su zaštićene duraluminijskim naglavkom U-profila. Oznake ljestvice u obliku su ravnih crta okomitih na uzdužnu os mjerila. Crte su crne boje i sve su jednake širine. Najkraće crte označuju centimetre, dulje crte označuju svakih pet centimetara, a najdulje crte (pružaju se cijelom širinom mjerila) označuju svakih deset centimetara.

Obročeno je svakih deset centimetara.

## 2. TEHNIČKI PODACI

- 2.1. Najveća dopuštena pogreška propisana je Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene ("Narodne novine" broj 69/97).
- 2.2. Razred točnosti: II
- 2.3. Nazivna duljina: 1 m
- 2.4. Najmani podjeljak: 1 cm
- 2.5. Referencijski uvjeti: temperatura:  $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

## 3. CRTEŽI I SLIKE ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež/slika	Sadržaj crteža/slike
Slika 1	Kruto jednodijelno mjerilo duljine tipa M – IM (početni dio mjerila)

## 4. NATPISI I OZNAKE

Natpisi i oznake na mjerilu moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.

Mjerilo mora imati ove jasno vidljive, čitljive i kod normalnih uvjeta uporabe neizbrisive natpise i oznake:


- ime proizvođača: MARŠALEK d.o.o., Celine 20, Vrbovec
- nazivnu duljinu: 1 m (može biti u pravokutnome okviru)
- razred točnosti: II
- službenu oznaku tipa mjerila: HR D-1-1006

## 5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Mjerilo koje zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene ("Narodne novine" broj 69/97) žigoše se osnovnim i godišnjim žigom tako da se osnovni žig utiskuje u glavu olovne zakovice na vezi

zaštitnog naglavka s osnovnim dijelom mjerila, na početnom i završnom djelu mjerila, i to na svakoj strani mjerila na kojoj je označena ljestvica. Godišnji se žig utiskuje u drvo na početku ljestvice.

Žig vrijedi 2 (dvije) godine.



Slika 1: Kruto jednodijelno mjerilo duljine tipa M-IM (početni dio mjerila)