



## REPUBLIKA HRVATSKA

### DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/196  
URBROJ: 558-06/6-06-4

Zagreb, 29. prosinca 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka DONIM-PROMET d.o.o., iz Zagreba, Mrkšina 69, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

#### RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPOA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: mjerilo duljine s mjernom trakom
  - tvornička oznaka mjerila: 464-MS, 464-SR i 464-V
  - proizvođač mjerila: Richter GmbH
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Speichersdorf, Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR D-2-1004
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

#### Obrazloženje

Tvrtka DONIM-PROMET d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 28. studenoga 2006. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene ("Narodne novine" broj 69/97) te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi 10 godina.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

#### Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnog судa Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primjeka ovoga rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. DONIM-PROMET d.o.o., Mrkšina 69, 10020 Zagreb
2. OMP-PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. TEHNIČKI OPIS MJERILA

Mjerilo duljine s mjerom trakom tipa 464-MS, 464-SR i 464-V (u dalnjem tekstu: mjerilo) sastoji se od mjerne trake, motalice, okvira i ručke.

Mjerna traka je izrađena od čelika, crne je boje i na njoj je s jedne strane označena ljestvica. Oznake ljestvice su u obliku crta koje su različite duljine. Najkraće crte označuju milimetre, dulje označuju polovine centimetara, još dulje označuju centimetre, a najdulje su crte svakih deset centimetara. Brojevima su označeni centimetri na taj način da se svakih deset centimetara brojevi ponavljaju, a uz crtlu koja označuje deset centimetara s lijeve strane crte su upisani metri, a s desne strane te crte desetice centimetara. Uz svaki cijeli metar piše oznaka jedinice metra (m).

Prema obliku okvira ili ručke mjerilo može biti tipa: 464-MS, 464-SR ili 464-V.

## 2. NAMJENA MJERILA

Mjerilo je namijenjeno za opću uporabu u različitim djelatnostima i upotrebljava se za mjerjenje dimenzija materijalnih objekata i za nanošenje točnih mjera na te objekte.

## 3. TEHNIČKI PODACI

3.1. Razred točnosti: I i II

3.2. Nazivna duljina: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m i 50 m

3.3. Najmanji podjeljak: 1 mm

3.4. Referencijski uvjeti:

- temperatura: 20 °C
- zatezna sila: 50 N.

## 4. CRTEŽI I SLIKE ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtanje/slika	Sadržaj crteža/slike
Slika 1	Mjerilo tipa 464-MS
Slika 2	Mjerilo tipa 464-SR
Slika 3	Mjerilo tipa 464-V
Slika 4	Prikaz početnog dijela mjerne trake mjerila tipa 464-MS, 464-SR i 464-V


## 5. NATPISI I OZNAKE

Mjerilo mora imati ove natpise i oznake:


- ime i naslov ili znak proizvođača
- nazivnu duljinu
- razred točnosti
- referencijsku zateznu silu
- službenu oznaku tipa mjerila: HR –D-2-1004.

## 6. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Mjerilo koje zadovoljava zahtjeve Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene ("Narodne novine", broj 69/97) kao i zahtjeve ovoga rješenja, ovjerava se stavljanjem ovjernog žiga u obliku naljepnice na okvir mjerila.



Slika 1: Mjerilo tipa 464-MS



Slika 2: Mjerilo tipa 464-SR



Slika 3: Mjerilo tipa 464-V



Slika 4: Prikaz početnog dijela mjerne trake mjerila  
tipa 464-MS, 464-SR i 464-V