



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

KLASA: 960-03/94-04/22
URBROJ: 558-03/1-95-2

Zagreb, 3. srpnja 1995.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev MKB GEOTERM, donosi se

R J E Š E N J E

o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se tip mjerila:
 - Vrsta mjerila: Mjerilo debljine drvenih trupaca
 - Tvornička oznaka mjerila: drveni
 - Proizvođač mjerila: MKB GEOTERM
 - Mjesto i država: Jastrebarsko, Republika Hrvatska
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR D - 4 - 1001

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.

3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 2 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

MKB GEOTERM podnio je 20. rujna 1993. godine zahtjev za odobrenje tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila debljine.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.



Ravnatelj:
Jakša Topić
dr. Jakša Topić

Rješenje se smije umnožavati bez izmjena, a dodatne ili izmjenjene mogu se izvesti samo uz posebno odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Prilog rješenju o odobrenju tipa mjerila
Klasa: 960-03/94-04/22
Ur.br.: 558-03/1-94-2

od 1993-06-09

str.: 1/2

Proizvođač: MKB GEOTERM, Jastrebarsko, Republika Hrvatska
Mjerilo: Drveni debljinomjer

1. PRIMJENJENI TEHNIČKI PROPISI I PRAVILNICI

- a) Pravilnik o mjeriteljskim uvjetima za mjerila debljine (SL.br. 36/86)
b) Pravilnik o načinu na koji se ispituje tip mjerila (SL.br. 26/84)

2. OPIS DEBLJINOMJERA

Drveni debljinomjer namjenjen je u šumarstvu za mjerenje promjera drvenih trupaca.

Mjerilo se sastoji od nepokretnog mjernog kraka, mjerne tračnice i pokretnog mjernog kraka s kliznikom.

Fiksni krak je nerastavljivo spojen sa mjernom tračnicom, na rub koje su vijcima spojene aluminijske vodilice. Na jednoj strani mjerne tračnice je centimetarska ljestvica (0-80) cm, a na drugoj dodatna ljestvica od 16 polja (1-16) svako od 5 cm, te označenih naizmjenično drugom od četiri boje (crvena, bijela, plava i žuta), osim prva dva koja su bijele boje s ucrtanom podjelom od 1 cm.

U klizniku pomičnog kraka ugrađene su plastične vodilice otporne na habanje, te sistem vijaka s oprugom za podešavanje ispravne zračnosti kliznika pomičnog kraka u odnosu na vodilice mjerne tračnice.

Očitavanje debljine vrši se između nepokretne mjerne površine na nepokretnom kraku i pokretne mjerne površine pomičnog kraka putem aluminijskog indeksa na ljestvici mjerne tračnice.

3. TEHNIČKI PODACI O DEBLJINOMJERU

3.1. Opći podaci o debljinomjeru

Mjerno područje : 0,80 m
Podjela ljestvice : 0,01 m

3.2. Granica dopuštene pogreške

+/- 1 mm u cijelom mjernom području
+/- 2 mm za slobodne krajeve krakova debljinomjera

Manj

Prilog rješenju o odobrenju tipa mjerila

od 1993-06-09

Klasa: 960-03/92-04/22

Ur.br.: 558-03/1-92-2

str.:2/2

4. POPIS DOKUMENTACIJE UZ RJEŠENJE O ODOBRENJU TIP A

4.1. Crteži i opisi

Oznaka dokumenta	Stanje od	Sadržaj dokumenta
12.00.00.00	1994-01-15	montažni nacrt

5. Posebni dokumenti priloženi uz zahtjev za odobrenje

- ne postoje -


6. Natpisi i oznake

Oznaka odobrenja i svi podaci potrebni za uporabu mjerila unose se na glavnu natpisnu pločicu, u skladu s navedenim pravilnicima pod 1.(a i b).

7. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE DEBLJINOMJERA

Drveni debljinomjeri koji udovoljavaju odredbama pravilnika u točki 1.(a i b), žigosat će se žigovima na zato predviđenim mjestima na mjernoj tračnici i natpisnoj pločici tako da se bez njihovog uništenja ne može utjecati na točnost mjerenja.

Manj:



Al. n. U. pra. 12
 Al. n. U. pra. 12
 Al. n. U. pra. 12

Strana "A"

Strana "B"

Kom	Naziv pozicije	poz.	broj crteža	materijal	izmjerne
1	Ravnalo s podjelom	3	12.00.03.00.	drvo	42x6x1050
1	Krak pomični	2	12.00.02.00.	drvo	23x25x690
1	Krak fiksni	1	12.00.01.00.	drvo	23x135x590

"GEOTERM" Jastrebarsko		PROZVOD: PROMJERKA ŠUMARSKA	
datum	ime	podpis	list br.
konstrukcija	izvođač	listova	
crtež	izmjerne sirov.		
previd			
imena	kom m	težina:	broj 12.00.00.00.

REPUBLIKA HRVATSKA
 DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
 IZUMOTVORNO
 ODSEK NAČELNIČKOG NADZORA
 4100 Z. A. O. B. B. - Matijevićeva
 Tel: 01 03 00 Fax: 17 32 38
 1994-06-09