

KLASA: UP/I-960-03/99-07/10
URBROJ: 558-03/3-99-2
Zagreb, 2. ožujka 1999.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke "MPZ RADNJA DOMAGOJ OSTOJIĆ", Sv. Josipa 46, Požega, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - Vrsta mjerila: Kljunasto pomično mjerilo
 - Tvornička oznaka mjerila: PM 0600, PM 0800 i PM 1000
 - Proizvođač mjerila: MPZ RADNJA DOMAGOJ OSTOJIĆ
 - Mjesto i država proizvodnje mjerila: Požega, Republika Hrvatska
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR D-4-1002
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

OBRAZLOŽENJE

Tvrtka "MPZ RADNJA DOMAGOJ OSTOJIĆ" podnijela je ovom Zavodu, 18. veljače 1999., zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila debljine ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

Ravnatelj:

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. "MPZ RADNJA DOMAGOJ OSTOJIĆ", Sv. Josipa 46, 34000 Požega
2. OMN - Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS MJERILA

Kljunasto pomično mjerilo za vanjska mjerenja tipa PM 0600, PM 0800 i PM 1000 namijenjeno je za mjerenje promjera stabala u uzgoju i eksploataciji u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji.

Mjerilo je izrađeno od aluminijskih elemenata, antikorozivna zaštita izvedena je eloksiranjem, a oznake ljestvice i natpisi izrađeni su sitotiskom.

Mjerna letva i nepokretni mjerni kljun povezani su preklopnim zakovičnim spojem pod kutom od 90°.

Klizač s pokretnim mjernim kljunom sastavljen je od aluminijskih elemenata i povezan zakovičnim spojevima.

Ljestvica je označena na mjernoj letvi. Oznake ljestvice u obliku su ravnih crta okomitih na uzdužnu os mjerne letve. Sve su crte jednake širine. Kraće crte označuju polovine centimetara, a dulje centimetre. Obrojčeni su parni brojevi centimetara.

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Najveća dopuštena pogreška propisana je Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila debljine ("Narodne novine" broj 53/91).

2.2. Nazivna duljina: 0,600 m; 0,800 m; 1,000 m

2.3. Najmani podjeljak: 0,5 cm

3. CRTEŽI I SLIKE ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež/slika	Sadržaj crteža/slike
Slika 1	Kljunasto pomično mjerilo za vanjska mjerenja tip-a PM 0600, PM 0800 ili PM 1000

4. NATPISI I OZNAKE


Kljunasto pomično mjerilo mora imati na kraju ljestvice iza zadnje crte ove jasno vidljive, čitljive i u normalnim uvjetima uporabe neizbrisive natpise i oznake:

- ime proizvođača: MPZ RADNJA, Domagoj Ostojić, Sv. Josipa 46, Požega, Hrvatska
- nazivnu duljinu
- službenu oznaku tipa mjerila: HR D- 4 -1002

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Godišnji žig u obliku naljepnice stavlja se na klizač s pokretnim mjernim kljunom.

Žig vrijedi 1 (jednu) godinu.



Slika 1: Kljunasto pomično mjerilo za vanjska mjerenja tipa PM 0600, PM 0800 ili PM 1000