

KLASA: UP/I-960-03/05-07/21  
URBROJ: 558-03/5-05-2  
Zagreb, 08. ožujak 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila tvrtke "ULTRA" d.o.o., Ulica Tadije Smičiklasa 5c, 47000 Karlovac, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

### **RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
  - vrsta mjerila: automatsko mjerilo razine tekućine
  - tvornička oznaka mjerila: ULTRA STAR 1
  - proizvođač mjerila: "ULTRA" d.o.o.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagorje ob Savi, Slovenija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1009
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje o dopuni tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja.
4. U prilogu ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka "ULTRA" d.o.o. podnijela je ovom Zavodu 04. ožujka 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine u nepokretnim spremnicima ("Narodne novine" broj 26/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

**RAVNATELJ**

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. "ULTRA" d.o.o., Ulica Tadije Smičiklasa 5c, 47000 Karlovac
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

---

PRILOG: RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA  
KLASA: UP/I-960-03/05-07/21  
URBROJ: 558-03/5-05-2  
PROIZVOĐAČ: "ULTRA" d.o.o., Zagorje ob Savi, Slovenija  
MJERILO: Automatsko mjerilo razine tekućine ULTRA STAR 1

---

Str. 1/4

## 1. TEHNIČKI OPIS AUTOMATSKOG MJERILA RAZINE TEKUĆINE ULTRA STAR 1

Prema tipnom odobrenju: KLASA: UP/I-960-03/99-07/63  
URBROJ: 558-03/8-99-2 te  
Rješenju o dopuni tipnog odobrenja: KLASA: UP/I-960-03/03-07/67  
URBROJ: 558-03/8-99-2 te  
službene oznake HR D-8-1009.

## 2. TEHNIČKI PODACI

Dopunjuje se točka 3. CRTEŽI I SLIKE ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA s:

Crtež/Slika	Sadržaj crteža/slike
Sl. 1	Plombiranje kućišta mjerne postaje
Sl. 2	Plombiranje tiskane pločice CPUSTAR
Sl. 3	Kućišta mjernih postaja
Sl. 4	Dopuštene naljepnice mjernih postaja


---

Slika 1





Slika 2



Kućište 1 mjerne postaje STAR-1 (slika 3) se može plombirati na dva načina (slika 1 i slika 2) dok se kućište 2 mjerne postaje STAR-1 (slika 3) plombira prema slici 2.  
Ako se mjerna postaja plombira prema slici 2 ovlaštteni servis postavlja svoju zaštitnu plombu na kućište mjerne postaje.

Slika 3

---

PRILOG: RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA  
KLASA: UP/I-960-03/05-07/21  
URBROJ: 558-03/5-05-2  
PROIZVOĐAČ: "ULTRA" d.o.o., Zagorje ob Savi, Slovenija  
MJERILO: Automatsko mjerilo razine tekućine ULTRA STAR 1

---

Str. 3/4



Kućiče 1



Kućiče 2  
Slika 4

PRILOG: RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/21

URBROJ: 558-03/5-05-2

Str. 4/4

PROIZVOĐAČ: "ULTRA" d.o.o., Zagorje ob Savi, Slovenija

MJERILO: Automatsko mjerilo razine tekućine ULTRA STAR 1

Tvornička oznaka mjerila: ULTRASTAR 1					
Službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1009					
Serijski broj mjerne postaje:					
Godina proizvodnje:					
Mjerna postaja Tip: STAR-1					
Mjerne sonde za mjerenje razine Tip: PS-1					
Priklj. mesto	Ser. broj sonde PS-1:	Referentna visina AMR:	Tip goriva:	Oznaka ili broj spremnika:	Datum ovjere:
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Tvornička oznaka mjerila: ULTRA STAR 1

Službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1009

Serijski broj mjerne postaje:

Godina proizvodnje:

Mjerna postaja Tip: STAR-1

Mjerne sonde za mjerenje razine Tip: PS-1



C. Otona Župančiča 23a,  
1410 Zagorje, Slovenia

Priključno mjesto: .....

Ser. broj sonde PS-1: .....

Referentna visina AMR: .....

Najveća i najmanja visina merenja: .....

Tip goriva: .....

Oznaka ili broj spremnika: .....

Datum ovjere: .....

Ovjerne naljepnice za pojedine sonde postavljaju se ili uz zajedničku naljepnicu mjerne postaje ili na pojedinačnu naljepnicu.

### 3. OSTALO

Prema izvornom odobrenju.