

KLASA: UP/I-960-03/06-07/5  
URBROJ: 558-06/06-06-2  
Zagreb, 10. veljače 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke ELEKTROMAX d.o.o., iz Rijeke, Nikole Cara 2, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

### **RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: uređaj za mjerenje duljine žice i kabela
  - tvornička oznaka mjerila: M1 i M2
  - proizvođač mjerila: Marjan Dolenšek, s.p. Elektroinstalacije
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Dobrna, Republika Slovenija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1010
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. Podaci o izmjenama i dopunama tehničkih i mjeriteljskih značajki mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

#### Obrazloženje

Tvrtka ELEKTROMAX d.o.o., podnijela je ovom Zavodu, 24. siječnja 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine ("Narodne novine" broj 18/02) te da je prikladno za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

#### Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

**RAVNATELJ**

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. ELEKTROMAX d.o.o., Nikole Cara 2, 51000 Rijeka
2. OMP PJ – PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split i PJ Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. OPIS MJERILA

Kao u prilogu tipnog odobrenja, klasa: UP/I-960-03/01-07/116, urbroj: 558-03/3-01-3, od 25. lipnja 2001. godine, pod službenom oznakom HR D-8-1010, osim što se odobrava i uređaj za mjerenje duljine žice i kabela tipa M2.

## 2. TEHNIČKI PODACI

### 2.1. Izvedba pokaznog mehanizma

Kao u prilogu navedenoga tipnog odobrenja osim što pokazni mehanizam uređaja tipa M2 ima sljedeće pokazne elemente (slika 1):

- četiri obrojčena kotačića (m)
- jedan obrojčeni kotačić (cm).

#### 2.2.1. Najveća dopuštena pogreška

Mijenja se i glasi:

«Najveća dopuštena relativna pogreška iznosi:

1. 0,25 % pri prvom ovjeravanju i
2. 0,5 % pri ponovnom ovjeravanju.

Najveća dopuštena apsolutna pogreška pri prvom ovjeravanju iznosi:

1. 50 mm, za duljinu  $L < 20$  m i
2.  $0,0025 \times L$ , za duljinu  $L \geq 20$  m.

Najveća dopuštena apsolutna pogreška pri ponovnom ovjeravanju iznosi:

1. 50 mm, za duljinu  $L < 10$  m i
2.  $0,005 \times L$ , za duljinu  $L \geq 10$  m.»

#### 2.2.2. Mjerni opseg

Kao u prilogu navedenoga tipnog odobrenja osim što za uređaj tipa M2 vrijedi sljedeće:

Mjerni opseg: duljina žice ili kabela: (5 do 9999,99) m  
promjer žice ili kabela: (3 do 50) mm.

## 3. NATPISI I OZNAKE


Kao u prilogu navedenoga tipnog odobrenja osim što se za mjerilo tipa M2 na pločici učvršćenoj za kućište mjerila, mijenja:

- oznaka tipa - mora stajati «M2»
- tekst – mora stajati «Dopušteno samo za promjere od 3 mm do 50 mm»
- razred točnosti – «II»
- mora pisati najmanja i najveća duljinu koju smije mjeriti.

## 4. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Kao u prilogu navedenoga tipnog odobrenja osim što se stavak 1. točke 5. mijenja i glasi:

«Uređaj za mjerenje duljine žice i kabela tipa M1 i M2 koji udovoljava zahtjevima Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine (NN broj 18/02) ovjerava se osnovnim i godišnjim žigom.»



Slika 1: Pokazni mehanizam uređaja za mjerenje duljine žice i kabela tipa M2