



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/65
URBROJ: 558-06/06-06-2
Zagreb, 28. lipnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke ELEKTROMAX d.o.o., iz Rijeke, Nikole Cara 2, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE
O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: uređaj za mjerenje duljine žice i kabela
 - tvornička oznaka mjerila: M1 i M2
 - proizvođač mjerila: Marjan Dolenšek, s.p. Elektroinstalacije
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Dobrna, Republika Slovenija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1010
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. Podaci o izmjenama i dopunama tehničkih i mjeriteljskih značajki mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka ELEKTROMAX d.o.o., podnijela je ovom Zavodu, 16. lipnja 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine ("Narodne novine" broj 18/02) te da je prikladno za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 70.00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

Dostaviti:

1. ELEKTROMAX d.o.o., Nikole Cara 2, 51000 Rijeka
2. OMP PJ – PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split i PJ Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



1. OPIS MJERILA

Kao u prilogu tipnom odobrenju, klasa: UP/I-960-03/01-07/116, urbroj: 558-03/3-01-3, od 25. lipnja 2001. godine, pod službenom oznakom HR D-8-1010 te rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila UP/I-960-03/06-07/5, urbroj: 558-06/06-06-2, od 10. veljače 2006. godine.

2. TEHNIČKI PODACI

Kao u prilogu navedenog tipnog odobrenja i rješenja o dopuni tipnog odobrenja, osim što se u prilogu rješenja o dopuni tipnog odobrenja:

- mijenja naslov podtočke 2.2.1. i glasi: "Najveća dopuštena pogreška uređaja razreda točnosti II"
- dodaje se podtočka 2.2.1.a) koja glasi: "Najveća dopuštena pogreška uređaja razreda točnosti III dvostruko je veća od pogreške uređaja iz podtočke 2.2.1."

3. NATPISI I OZNAKE

Mijenja se i glasi:

"Uređaj za mjerenje duljine tipa M1 i M2 mora imati sljedeće natpise i oznake:

- a) na pločici koja se nalazi na kućištu uređaja:
 - ime i naziv ili znak proizvođača
 - tvornički broj i godinu proizvodnje
 - razred točnosti
 - službenu oznaku mjerila iz tipnog odobrenja
 - najmanju duljinu materijala koju uređaj smije mjeriti
 - najveću duljinu materijala koju uređaj smije mjeriti
 - najmanji podjeljak ljestvice
 - dopuštenu debljinu materijala, u mm
- b) na ploči pokaznog mehanizma:
 - oznaku jedinice duljine (cm, dm, m) pokraj pokazivača izmjerene duljine."

4. OSTALO

Kao u prilogu navedenog tipnog odobrenja i rješenja o dopuni tipnog odobrenja