



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/08-07/39

URBROJ: 558-01/2-08-2

Zagreb, 25. rujna 2008.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o., Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: automatsko mjerilo razine tekućine
 - tvornička oznaka mjerila: SiteSentinel 1, SiteSentinel 2, SiteSentinel 3
 - proizvođač mjerila: PETRO VEND; OPW Fuel MANAGEMENT Systems Inc.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Hodgins, Illinois, USA
 - službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1011
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. Podaci o izmjenama i dopunama tehničkih i mjeriteljskih značajki iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o. podnijela je ovom Zavodu 23. rujna 2008., zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priloženo rješenje o odobrenju tipa mjerila: EWG-Bauartzulassung izdano od Physikalisch-Technische Bundesanstalt iz Braunschweig, Njemačka.

Rješenje o odobrenju tipa mjerila za mjerila iz točke 1. ovog rješenja izdano je od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

1. SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o., Dolenica 20, Donji Stupnik, 10250 Lučko
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda