

KLASA: UP/I-960-03/05-07/21
URBROJ: 558-03/5-05-3
Zagreb, 08. ožujak 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila tvrtke "ULTRA" d.o.o., Ulica Tadije Smičiklasa 5c, 47000 Karlovac, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

1. Odobrava se dopuna rješenja o odobrenju tipa mjerila:
 - vrsta mjerila: automatsko mjerilo razine tekućine
 - tvornička oznaka mjerila: ULTRA ATG
 - proizvođač mjerila: "ULTRA" d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagorje ob Savi, Slovenija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1012
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila vrijedi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. U prilogu ovog rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka "ULTRA" d.o.o. podnijela je ovom Zavodu 04. ožujka 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine u nepokretnim spremnicima ("Narodne novine" broj 26/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. "ULTRA" d.o.o., Ulica Tadije Smičiklasa 5c, 47000 Karlovac
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG: RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA
KLASA: UP/I-960-03/05-07/21

URBROJ: 558-03/5-05-3

Str. 1/4

PROIZVOĐAČ: "ULTRA" d.o.o., Zagorje ob Savi, Slovenija

MJERILO: Automatsko mjerilo razine tekućine ULTRA ATG

1. TEHNIČKI OPIS AUTOMATSKOG MJERILA RAZINE TEKUĆINE ULTRA ATG

Prema rješenju o odobrenju tipa mjerila: KLASA: UP/I-960-03/03-07/67

URBROJ: 558-03/5-05-1

službene oznake HR D-8-1012.

2. TEHNIČKI PODACI

Dopunjuje se točka 5. CRTEŽI I SLIKE ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA s:


Crtež/Slika	Sadržaj crteža/slike
Sl. 1	Plombiranje kućišta mjerne postaje
Sl. 2	Plombiranje tiskane pločice CPUSTAR
Sl. 3	Kućišta mjernih postaja
Sl. 4	Dopuštene naljepnice mjernih postaja

Slika 1





Slika 2



Kućište 1 mjerne postaje STAR-1 (slika 3) se može plombirati na dva načina (slika 1 i slika 2) dok se kućište 2 mjerne postaje STAR-1 (slika 3) plombira prema slici 2. Ako se mjerna postaja plombira prema slici 2 ovlaštteni servis postavlja svoju zaštitnu plombu na kućište mjerne postaje.

Slika 3

PRILOG: RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA
KLASA: UP/I-960-03/05-07/21

URBROJ: 558-03/5-05-3

Str. 3/4

PROIZVOĐAČ: "ULTRA" d.o.o., Zagorje ob Savi, Slovenija
MJERILO: Automatsko mjerilo razine tekućine ULTRA ATG



Kućište 1



Kućište 2
Slika 4


PRILOG: RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA
KLASA: UP/I-960-03/05-07/21

URBROJ: 558-03/5-05-3

Str. 4/4

PROIZVOĐAČ: "ULTRA" d.o.o., Zagorje ob Savi, Slovenija
MJERILO: Automatsko mjerilo razine tekućine ULTRA ATG

Tvornička oznaka mjerila: ULTRA ATG					
Službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1012					
Serijski broj mjerne postaje:					
Godina proizvodnje:					
Mjerna postaja Tip: STAR-1					
Mjerne sonde za mjerenje razine Tip: PS-1.1					
Priklj. mesto	Ser. broj sonde PS-1.1:	Referentna visina AMR:	Tip goriva:	Oznaka ili broj spremnika:	Datum ovjere:
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Tvornička oznaka mjerila: ULTRA ATG	 C. Otona Župančiča 23a, 1410 Zagorje, Slovenia
Službena oznaka tipa mjerila: HR D-8-1012	
Serijski broj mjerne postaje:	
Godina proizvodnje:	
Mjerna postaja Tip: STAR-1	
Mjerne sonde za mjerenje razine Tip: PS-1.1	

Priključno mjesto:
Ser. broj sonde PS-1:
Referentna visina AMR:
Najveća i najmanja visina merenja:
Tip goriva:
Oznaka ili broj spremnika:
Datum ovjere:

Ovjerne naljepnice za pojedine sonde postavljaju se ili uz zajedničku naljepnicu mjerne postaje ili na pojedinačnu naljepnicu.

3. OSTALO

Prema izvornom odobrenju.