



2-03

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMONITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СНАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Бр. 0225-687/1
Бр.
Ст.

10.02. 1983 год./god./let.

11000 БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД
Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666
TELEX: 11020 YU YUZMBG

КОНТРОЛА МЈЕРА И ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА
ZAGREB

ПРИМЛЈЕНО:	21.2.83.
Сл. бр.	205 384/1
Сл. бр.	-
Сл. бр.	-

О Д О Б Р Е Н Ј Е Br.0225-687/83.

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

RO "ELEKTRA" - Zagreb, OOUR "Baždarnica" - Zagreb,
Gundulićeva 32

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

B. TIP MERILA:

- I. E51...; E51...D
- E52...; E52...D
- E6...; E6...D
- E62...; E62...D
- E64...; E64...D
- E66...; E66...D

- II. T2...; T2...D
- T21...; T21...D
- T22...; T22...D

T24...; T24...D

T26...; T26...D

T3...; T3...D

C. PROIZVODJAČ MERILA: ISKRA - Kranj

D. NAMENA MERILA: Brojila su namenjena za merenje aktivne, odnosno reaktivne električne energije jednofazne i trofazne naizmenične struje u sistemu sa dva, tri i četiri provodnika.

E. SLUŽBENA OZNAKA: brojila pod I: F-152, F-4.177,
F-4.183, F-4.185
brojila pod II: F-4.164, F-4.182,
F-4.186, F-4.188.

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 29/76) i Pravilnikom o metrološkim uslovima za indukciona brojila za električnu energiju ("Službeni list SFRJ", broj 40/77), utvrđeno je da su merila iz stava 1. ovog odobrenja podesna za upotrebu u javnom saobraćaju.

Ovo odobrenje će biti objavljeno u "Glasniku" Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama brojila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje brojila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 63/79 i 74/82).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i lo. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", broj 5/82) u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

D I R E K T O R

Milisav Vejić, dipl. inž. elek.

Co:

1. "Elektra" - Zagreb, OOUR "Baždarića" - Zagreb, Indulićeva 32
2. Elektrodistribucija - Beograd, OOUR Tehničke usluge i merenja - Beograd, Masarikova 1-3
3. Metrološko-razvojnog sektoru (2 primerka)
4. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka)
5. Kontrolni mera i dragocenih metala Beograd
6. Kontrolni mera i dragocenih metala Zagreb
7. Kontrolni mera i dragocenih metala Ljubljana
8. Kontrolni mera i dragocenih metala Sarajevo
9. Kontrolni mera i dragocenih metala Split
10. Kontrolni mera i dragocenih metala Skoplje
11. Kontrolni mera i dragocenih metala Novi Sad
12. Kontrolni mera i dragocenih metala Titograd
13. Kontrolni mera i dragocenih metala Prizren
14. Kontrolni mera i dragocenih metala Niš
15. Kontrolni mera i dragocenih metala Osijek
16. Kontrolni mera i dragocenih metala Rijeka
17. Kontrolni mera i dragocenih metala Kruševac
18. Radna grupa za merenje u Elektrodistribuciji (JUGEL) - Sekretarijat, Ljubljana, Glavarijeva 14
19. Iskra - Kranj, TOZD Tovarna števceva
20. Birou za informatiku (za "Glasnik" - 6 primeraka)
21. Pisarnici Zavoda.

PRILOG ODOBRENJU BROJ o225-687/83

Odobrenje broj o225-687/83 predstavlja dopunu odobrenju broj 10050 (pismo Zavoda broj o206-3075/1 od 11.VI 1980. godina).

Merno-tehničke karakteristike, opis konstrukcije i način pregleda i žigosanja brojila navedeni u odobrenju broj 10050 ostaju neizmenjeni. U odobrenju broj 10050 menjaju se samo natpisi i oznake, koji glase:

Natpisi i oznake brojila, kome je jednotarifni brojčanik zamenjen dvotarifnim brojčanikom, moraju u svemu odgovarati natpisima i oznakama kao što je navedeno u ranije izdatom odobrenju za pregled i žigosanje, deo koji se odnosi na brojila sa dvotarifnim brojčanikom, stim što na natpisnoj pločici brojila sa dvotarifnim brojčanikom izvedenog navedenom zamenom brojčanika, treba da se naznače sledeći podaci:

- 1) Fabrička oznaka tipa brojila sa dvotarifnih brojčanikom;
- 2) Godina proizvodnje brojila, ista koja je naznačena na natpisnoj pločici brojila sa jednotarifnim brojčanikom;
- 3) Fabrički broj brojila, koji može biti:
 - a) isti broj koji je naznačen na natpisnoj pločici brojila sa jednotarifnim brojčanikom. Ako brojilo ima fabrički broj i na nosaču mernog sistema odnosno osnovnoj ploči brojila, isti se u ovom slučaju ne sme odstraniti;
 - b) različit od broja koji je naznačen na natpisnoj pločici brojila sa jednotarifnim brojčanikom. Da bi se izbeglo dupliranje fabričkih brojeva brojila, brojevi dvotarifnih brojila koji se razlikuju od brojeva koji su naznačeni na natpisnoj pločici jednotarifnih brojila, moraju biti usaglašeni i odobreni od strane proizvođača brojila.

Ako brojilo ima fabrički broj i na noseču mernog sistema odnosno osnovnoj ploči brojila, isti se u ovom slučaju mora odstraniti, da brojilo ne bi imalo dva različita fabrička broja.

Delovodni broj: o225-687/1, 31.I 1983.
o225-687/2, 7.II 1983.

Beograd, 10.II 1983.godine.

Primili na znanje i daljnji postupak!

NAPOMENA! Posebnu pažnju pokloniti odredbi na strani 2 Priloga odobrenju /crveno podvučeno/.

Zagreb, 22. 02, 1983. god.

Rukovodioc grupe za
električna mjerila:

Vukić S.

Vranešić J.

Kraljić M.

Kovačić Z.

Majcen S.

Kajfez Drago
Kajfež Drago, dipl.inž.

Mija Stan
[Signature]