

2-03

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE
 Br. o214-7112/1-1981
 27.I 1982.godine
 11000 Beograd, Mike Alasa 14, tel.620-666
 SH/SM

CONTROLA MERA I DRAGOCENI METALI
 Z A G R E B

PRIMLJENO: 8.2.82.			
Op. ind.	Broj	Pribor	Vrijednosti
203	782/1	-	-

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", broj 13/76 i 74/80), a na osnovu izvršenog dopunskog tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje sledeću

DOPUNU ODOBRENJA ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj dopune odobrenja: 10055
 Službena oznaka: F-4.164, F-4.182, F-4.186, F-4.188, F-4.196
 Naziv proizvođača: "ISKRA" -- Kranj
 Naziv merila: TROFASNO BROJILO ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. Osnovne karakteristike merila

1.1. Ova brojila namenjena su za merenje aktivne (reaktivne) električne energije trofazne naizmjenične struje u sistemu sa četiri odnosno tri provodnika.

1.2. Dopuna odobrenja za pregled i žigosanje odnosi se na brojila tvorničke oznake osnovnog tipa T22..., T24..., T26..., T3..., i D3...

Ovom dopunom odobrenja za pregled i žigosanje, odobrava se pregled i žigosanje brojila tvorničke oznake osnovnog tipa T22..., T24..., T26..., T3..., i D3..., kojima se namotaj strujnih elektromagneta pored žice pravougaonog preseka može izrađivati i od žice kružnog preseka.


U sledećoj tabeli, dati su podaci za profilisanu i okruglu žicu.

Oznaka tipa brojila	Osnovna maksimalna struja (A)	Broj navojnih žica	Profilna žica (mm)	Okrugla žica (Ø mm)
T3C...	5-20	4x4	1,5x3	2,24
T3F...	5-30	3x3	2x4	3,15
T22C...				
T24C...				
T26C...	10-40	2+2	3x4	3,75
T3C...				
D3C...				
D3CR...				
D3E...	10-50	3x2	3x4	3,75
T22F...				
T24F...				
T26F...	10-60	2+1	3x5	4,25
T3F...				
T3R...				
D3FR...				

Ostale karakteristike konstrukcije brojila, nemi opsezi, natpisi i oznake i postupak pri pregledu i žigosanju u sveru su isti kao što je navedeno u odobrenjima za pregled i žigosanje brojila tvorničke oznake osnovnog tipa T22..., T24..., T26..., T3..., i D3..., broj odobrenja 10014, 10052, 10036, 10037 i 10048, službena oznaka F-4.164, F-4.162, F-4.166, F-4.180, F-4.195 odnosno u dopunama odobrenja za pregled i žigosanje broj 10039 i broj 10049, (štampano u Glasniku grupa XIII, broj 3 serijalno odobrenja br. 10048, službena oznaka F-4.196 koje još nije štampano).

Delovodni broj 0214-7112/1, 24.IX 1981.

PRAVNA POILKA: Protiv ove dopune odobrenja za pregled i žigovanje može se izjaviti žalba Saveznom inspekciji u roku od 15 dana od dana prijema, preko Saveznog inspektora za kontrolu i dragocene metale.

- Dostaviti:- ISKRA, TOED tovarna štamparija, 64000 Kranj, Savska ulica br. 4,  285, dipl. ecc.
- Kontrolna mera Ljubljana,
 - Kontrolna mera Beograd,
 - Kontrolna mera Zagreb,
 - Kontrolna mera Sarajevo,
 - Kontrolna mera Skoplje,
 - Kontrolna mera Titograd,
 - Kontrolna mera Niš,
 - Kontrolna mera Krusevac,
 - Kontrolna mera Novi Sad,
 - Kontrolna mera Osijek,
 - Kontrolna mera Rijeka,
 - Kontrolna mera Plazen,
 - Kontrolna mera Split,
 - Kontrolno-inspekcijski sektor,
 - Metrološko-razvojni sektor,
 - JUGEL, radna grupa za merenje u elektrodistribuciji -sekretarijat
 - Slooo Ljubljana, Glavarjeva 14,
 - Pisarnici,
 - Uredjivački odbor "Glasnik".

Primili na znanje i daljnji postupak!

Zagreb. 11. 02. 1982.

Rukovodioc grupe za električna
mjerila

Kajfež Drago

Kajfež Drago, dipl.inž.

Vukić *Vukić*
Vranešić *Vranešić*
Kraljić *Kraljić*
Štimac *Štimac*
Kovačić *Kovačić*
Majcen *Majcen*