

2-03

SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I INDUSTRIJU
SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCJENNE METALE
KONTROLA MERA I KALIBRIZACIJA

PRIMLJENO: 97-4-18			
Org. jed.	Broj	Prilog	Stranica
2-03	574/1	-	-

CARINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I INDUSTRIJU
 CARINSKI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCJENNE METALE
 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I INDUSTRIJU
 SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCJENNE KOVINE
 ZVEZNI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I INDUSTRIJU
 ZVEZNI ZAVOD ZA MERE I PLEMENITE KOVINE
 SOJVEZNI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I INDUSTRIJU
 SOJVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCJENNE METALE
 БРОДPAK БЕОГРАД БЕОГРАД

Мике Алеса 14, Пошта бр. 743, тел. 183-736
 TELEX: 11020 YU YUZNSC

Na podlagi prvoga odstavka 30. člana zakona o merskim
 enotah in merilih (Uradni list SFRJ št. 9/84, 59/86,
 20/89 in 9/90) na zahtev ISKRA, Kranj, Savska loka 4,
 izdaja

O D L O Č B O


O DOPOLNITVI ODLOČBE
 O ODOBRENJU TIPA MERILA

MERILO: ENOFAZNI I TRIFAZNI ŠTEVCI
 ELEKTRIČNE ENERGIJE
 OZNAKA TIPA MERILA: E7E; E8; T3; T30
 PROIZVAJALEC MERILA: ISKRA, KRANJ
 URADNA OZNAKA TIPA:

F-4-202	F-4-120	F-4-183	F-4-208
---------	---------	---------	---------

Pri tipskem preskusu je bilo ustovljeno, da merilo us-
 treza metroloških pogojih, predpisanih s pravilnikom o
 metroloških pogojih za indukcijske števce za električno
 energijo (Uradni list SFRJ št. 54/89).

Št.: 0401-259/1
 Beograd, 12.04.1991. godine



MS/MN

PRILOG REŠENJU O DOPUNI REŠENJA

Broj 0401-259/1

1. PODACI O METROLOŠKIM SVOJSTVIMA
I UPOTREBLJIVOSTI BROJILA

Rešenjem o dopuni Rešenja broj 0401-259/1 odobrava se izrada jednotarifnih i dvotarifnih brojačnika u koje se ugradjuju koturići i pastorci fabričke oznake ST100.

Brojačnici napred navedne izrade ugradjuvace se u jednofazna i trofazna indukciona brojila električne energije proizvodnje "ISKRA" sledećih osnovnih tipova:

Osnovni tip brojila	Broj odobrenja kojim je brojilo ranije odobreno	Datum izdavanja odobrenja	Službena oznaka	Objavljeno u "Glasniku"
E72 ...	0205-153	22.11.1988.	F-4-202	4/1988.
E8..	0214-1360	02.07.1980.	F-4-198	3/1983.
T3...	10037 41718/1	6.09.1977.	F-4-188	XIII/3 XIV/2
T30...	0205-3994	3.11.1989.	F-4-206	4/1989.

Koturići i pastorci oznake ST 100 ugradjuvace se u brojaču sa 7 koturića (000000,0) pri čemu kućište brojačnika ostaje nepromenjeno u odnosu na ranije izvedbe.

U slučaju brojačnika koji ima brojač sa 6 koturića on se dobija iz brojača sa 7 koturića kpri čemu prvi koturić sa leve strane po svom obodu nema nanete cifre i prekriven je pločicom brojačnika odnosno natpisnom pločicom brojila. Prednost ove izvedbe sastoji se u tome da se samo menja pločica brojačnika zavisno od toga da li brojačnik ima brojač sa 7 ili sa 6 koturića.

Koturići fabričke oznake ST100 imaju izmenjen oblik cifara u odnosu na ranije izvedbe. Brojačnici sa ovom ves-
tom koturića i pastorača imaju pouzdan rad u temperaturnom opsegu od -40°C do +80°C.

U Beogradu,
12.04.1991.god.



Primili na znanje i daljnji postupak!

Zagreb, 25. 04. 1991.

Kajfež D. *[Signature]*
Šahdan Z. *[Signature]*
Kraljić M. *[Signature]*
Štimac V. *[Signature]*
Majcen S. *[Signature]*
Križetić Z. *[Signature]*