



NOT APPROVED

**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO**

KLASA: UP/I-960-03/95-04/120
URBROJ: 558-03/1-96-1
Zagreb, 12. ožujka 1995.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev riz-odašiljači, d.d., donosi se

**RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: Elektroničko brojilo
 - Tvornička oznaka mjerila: EBT95-A2C1 i EBT95-A2B1
 - Proizvođač mjerila: riz-odašiljači, d.d.
 - Mjesto i država: Zagreb, Hrvatska
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR F-6-1012
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 1 stranice.

OBRAZLOŽENJE

riz-odašiljači, d.d. podnio je 22. studenog 1995. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.



Ravnatelj: *At*
Topić
dr. Jakša Topić

Bauer

Rješenje se smije umnožavati bez unošenja izmjena. Izvodi ili izmjene mogu se izvesti samo uz posebno odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

1. Sve kao u prilogu rješenja klasa 960-03/94-04/001, uruđb. broj 558-03/1-95-2, od 26. srpnja 1995. godine, pod službenom oznakom HR F-6-1012 uz slijedeće izmjene date u daljnjem tekstu priloga.


1.1. Brojila osnovnog tipa **EBT95** mogu se izrađivati sa slijedećim strujnim mjernim opsezima:

Osnovna i maksimalna struja: 10 - 40 A
 10 - 60 A

1.2. Brojilima osnovnog tipa **EBT95** dodaju se slijedeće dopunske oznake:

A2B1 - brojila za izravni priključak, za strujno mjerno područje 10-40A

A2C1 - brojilo za izravni priključak, za strujno mjerno područje 10-60A

 REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
MJERITELJSTVO
41000 ZAGREB, Avenija Vukovar 78/2