



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-05/23-01/06
URBROJ: 558-03-01-01/1-23-2
Zagreb, 21. lipnja 2023.

Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i 110/21) radi ispravljanja pogreške u prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, po službenoj dužnosti donosi

RJEŠENJE

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila ovog tijela KLASA: UP/I-034-02/17-04/26, URBROJ: 558-02-01-01/4-17-2, od 10. kolovoza 2017. godine, ispravlja se pogreška u točki 10. Ovjeravanje i žigosanje koja se mijenja i glasi:

„Brojila koja udovoljavaju zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 („Narodne novine“ broj 81/05 i 11/06) i odredbama ovog Rješenja, ovjerit će postavljanjem ovjerne oznake u obliku naljepnice na bočnu stranu brojila (slika 5.).


Prilikom ovjeravanja brojila u pripadajućem ispitnom izvješću moraju biti navedene oznaka verzije i identifikacijske oznake softvera koje se odnose na mjeriteljske parametre brojila. Iste moraju odgovarati oznakama softvera kojima se pristupa na LCD pokazniku brojila.

Ako se na pregled primaju novoproduzvedena kombi brojila koja već imaju oznake za ovjeravanje i zaštitu koje stavlja proizvođač, u skladu s direktivom 2014/32/EC, tada se pored njih stavljaju još i državne oznake za ovjeravanje u obliku naljepnice.

Isporučitelj električne energije postavlja zaštitne plombe na vijke poklopca priključnice kako bi onemogućio neovlašteni pristup priključnici brojila, također isporučitelj električne energije plombira vijke za pričvršćivanje poklopca komunikacijskog modula. Mjesta za plombiranje prikazana su na slici 5.“

Nadalje, u točki 11. Crteži i slike za prepoznavanje brojila, slika 5. Slika brojila s označenim mjestima za ovjerne i zaštitne oznake te zaštitne plombe, zamjenjuje se slikom 5. Slika brojila s označenim mjestima za ovjerne oznake i zaštitne plombe:





Slika 5. Slika brojila s označenim mjestima za ovjerne oznake i zaštitne plombe

Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Obrazloženje

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila Državnog zavoda za mjeriteljstvo KLASA: UP/I-034-02/17-04/26, URBROJ: 558-02-01-01/4-17-2, od 10. kolovoza 2017. godine, u točki 10. Ovjeravanje i žigosanje navodi se da se godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice postavlja na prednju stranu kućišta brojila te da se brojilo dodatno osigurava od otvaranja i neovlaštenog pristupa mjernom sustavu postavljanjem zaštitnih oznaka u obliku naljepnice na mjestu gdje se spaja osnovna ploča i poklopac brojila, na lijevoj i desnoj bočnoj strani sa stražnje strane brojila kako je prikazano na slici 5., no pritom se omaškom previdjela konstrukcijska izvedba brojila AM550-ED. Obzirom da je jednofazno statičko kombi brojilo AM550-ED brojilo konstrukcijski izvedeno na način da je poklopac brojila tvornički trajno pričvršćen na bazu brojila pri čemu je pristup unutarnjem mjernom elektroničkim sustavu brojila onemogućen te nije moguće skinuti poklopac brojila bez uništenja istog, a nedostatak prikladne slobodne površine na prednjoj strani kućišta ne omogućava postavljanje ovjerne oznake na način kako je opisano i prikazano u prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-034-02/17-04/26, URBROJ: 558-02-01-01/4-17-2, od 10. kolovoza 2017. godine, ovim se rješenjem ukida odredba postavljanja zaštitnih oznaka u obliku naljepnice te se ispravlja mjesto postavljanja ovjerne oznake i slika brojila s označenim mjestima za ovjerne oznake i zaštitne plombe.

Sukladno navedenom, na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja



Dostaviti:

1. ISKRAEMECO d.o.o., Slavonska avenija 26/3, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje