



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/16-04/52

URBROJ: 558-02-01-01/1-16-3

Zagreb, 22. prosinca 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva za dopunom rješenja odobrenja tipa mjerila koje je podnijela tvrtka Croatia elektronička industrija istraživanje u elektronici, telekomunikacijama i automaciji (*puni naziv*) CEI-IETA d.o.o., OIB: 55514095251, MBS: 080115236, Nikole Božidarevića 13, HR-10000 Zagreb, zamjenik ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI BROJ 1 RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:

- vrsta mjerila: uređaj za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu (etilometar)
- tvornička oznaka mjerila: **Lion Alcolmeter ® 700**
- proizvođač mjerila: Lion Laboratories Ltd., Velika Britanija
- mjesto i država proizvodnje mjerila: Vale of Glamorgan, CF63 2BE, Wales, Velika Britanija
- službena oznaka tipa mjerila: **HR GA-2-1010**

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.

3. Ova dopuna rješenja važi do isteka izvornog rješenja.

4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka CEI-IETA d.o.o., OIB: 55514095251, MBS: 080115236, Nikole Božidarevića 13, HR-10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 16. prosinca 2016. godine, zahtjev za dopunom rješenja o odobrenju tipa mjerila iz Rješenja o odobrenju tipa mjerila: Klasa: UP/I-034-02/16-04/26; Urbroj: 558-02-01-01/1-16-3 od 08. lipnja 2016. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99), te da je prikladno za uporabu.

Sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, ovo rješenje o dopuni rješenja važi do isteka izvornog rješenja o odobrenju.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 08/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

ZAMJENIK RAVNATELJA:

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing.



Dostaviti:

1. CEI-IETA d.o.o., Nikole Božidarevića 13, HR-10000 Zagreb

2. Pismohrana, ovdje

PRILOG DOPUNI br. 1 RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/16-04/52

URBROJ: 558-02-01-01/1-16-3

PROIZVOĐAČ: Lion Laboratories Ltd., Velika Britanija

MJERILO: Uređaj za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu (Etilometar)

TIP: Lion Alcolmeter® 700

Službena oznaka tipa:
HR GA-2-1010

1. PRIMIJENJENI PROPISI

Na uređaj za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika tip Lion Alcolmeter® 700, proizvođača Lion Laboratories Ltd., Vale of Glamorgan, CF63 2BE, Wales, Velika Britanija, (u daljnjem tekstu: etilometar), primjenjuju se sljedeći propisi:

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15),
- Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (NN 82/02),
- Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor (NN 100/03, NN 124/03),
- Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15),
- Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštene servisi te ovjernih isprava (NN 113/09, NN 134/09, 58/11),
- Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo, članak 7, stavak (4), (NN 121/14),
- Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99),
- Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (NN 112/16).

2. DOKUMENTI

Ova dopuna odobrenja tipa mjerila doneseno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Tehnička dokumentacija: Lion® 700 Customization od 28.11.2016. (priložen i ovjereni prijevodom na hrvatski jezik).
- Izjava proizvođača (*Declaration by the manufacturer*) od 11. studenog 2016. u kojima se navode Tehničke specifikacije za alkometar Lion® 700.

3. Punjive baterije

Osim baterija (2 x 1,5 V AA alkalne) kapaciteta za približno 1000 testova dozvoljava se i korištenje kao dodatnog ili kao osnovnog kompleta etilometra punjiva litijska baterija 3,7 V 820 mAh tip RM50821 sa standardnim AC/DC strujnim adapterom tip SA59017 ili strujnim adapterom za auto s USB kabelom, sve prikazano na slici 1. Također se specificira korištenje programa za računalo tip SA70910 i kabela za računalo tip RM50739.



Slika 1.

4. Ostalo kao u:

Prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila HR GA-2-1010:

KLASA: UP/I-034-02/14-04/26; URBROJ: 558-02-01-01/1-16-3; Datum: 8. lipnja 2016.