



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/17-04/28
URBROJ: 558-02-01-01/1-17-3
Zagreb, 18. kolovoza 2017.

Na temelju članka 24. stavak 1. i članka 68. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva za dopunom rješenja odobrenja tipa mjerila koje je podnijela tvrtka Croatia elektronička industrija istraživanje u elektronici, telekomunikacijama i automaciji (*puni naziv*) CEI-IETA d.o.o., OIB: 55514095251, MBS: 080115236, Nikole Božidarevića 13, HR-10000 Zagreb, radi izdavanja rješenja o odobrenju tipa mjerila, ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI BROJ 2 RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:

- vrsta mjerila: uređaj za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu (etilometar)
- tvornička oznaka mjerila: **Lion Alcolmeter® 700**
- proizvođač mjerila: Lion Laboratories Ltd., Velika Britanija
- mjesto i država proizvodnje mjerila: Vale of Glamorgan, CF63 2BE, Wales, Velika Britanija
- službena oznaka tipa mjerila: **HR GA-2-1010**

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.

3. Ova dopuna rješenja važi do isteka izvornog rješenja.

4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka CEI-IETA d.o.o., OIB: 55514095251, MBS: 080115236, Nikole Božidarevića 13, HR-10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu 31. srpnja 2017. godine, zahtjev za dopunom rješenja o odobrenju tipa mjerila iz Rješenja o odobrenju tipa mjerila: Klasa: UP/I-034-02/16-04/26; Urbroj: 558-02-01-01/1-16-3 od 08. lipnja 2016. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 24/17), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99), te da je prikladno za uporabu.

Sukladno članku 7. stavak 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, ovo rješenje o dopuni rješenja važi do isteka izvornog rješenja o odobrenju.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave ovog rješenja. Tužba se nadležnom Upravnom sudu podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

1. **CEI-IETA d.o.o.**, Nikole Božidarevića 13, HR-10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

1. PRIMIJENJENI PROPISI

Na uređaj za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika tip Lion Alcolmeter® 700, proizvođača Lion Laboratories Ltd., Vale of Glamorgan, CF63 2BE, Wales, Velika Britanija, (u daljnjem tekstu: etilometar), primjenjuju se sljedeći propisi:

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15),
- Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (NN 24/17),
- Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor (NN 100/03, NN 124/03),
- Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15),
- Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (NN 113/09, NN 134/09, 58/11),
- Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo, članak 7, stavak (4), (NN 121/14),
- Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (NN 118/99),
- Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (NN 112/16).

2. DOKUMENTI

Ova dopuna odobrenja tipa mjerila doneseno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Tehnička specifikacija/zahtjevi ED-17-026 Version number 001: Lion® 700,
- Test report Nr. 1138 od 03.06.2014., izradio MHF Test Lab u skladu s EN 1596:2011,
- EMC Test Certificate C-14-2992A po EN 15964:2011 i C 14-2982A po EN 61326-1:2006, oba izdala Kiwa Blackwood Compliance Laboratories od dana 02.05.2014,
- Korisnički priručnik Lion Laboratories Limited: RM 79010 (Ver 1) za Lion Alcolmeter® 700 ver. 700 HR.

3. Točnost mjerenja

Razred točnosti odnosno granice dopuštenih pogrešaka mjerila:

0,00 mg/l do 1,743 mg/l = 0,02 mg/l
1,743 mg/l do 2 mg/l = ± 5% očitavanja



4. Punjive baterije

Osim baterija (2 x 1,5 V AA alkalne) kapaciteta za približno 1000 testova, zatim punjivih litijskih baterija 3,7 V 820 mAh tip RM50821 sa standardnim AC/DC strujnim adapterom tip SA59017 ili strujnim adapterom za auto s USB kabelom, dozvoljava se i korištenje kao dodatnog ili kao osnovnog kompleta etilometra dvije NiMh punjive AA baterije (2x1,2 V), sve prikazano na slici 1.

Slika 1.

5. Ostalo kao u:

Prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila HR GA-2-1010:

KLASA: UP/I-034-02/14-04/26; URBROJ: 558-02-01-01/1-16-3;
Datum: 8. lipnja 2016.

Prilogu dopune br 1 rješenja o odobrenju tipa mjerila HR GA-2-1010:

KLASA: UP/I-034-02/14-04/52; URBROJ: 558-02-01-01/1-16-3;
Datum: 22. prosinca 2016.