



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMONITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

ОДОБРЕНЈЕ Br. 02-6841

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SFRJ», broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima («Službeni list SFRJ», broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

RO "VAGAR" Temerinska 47, 21000 NOVI SAD

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu ~~podnositi kao pre~~
~~zid merila~~ ove merne naprave ugradjivati u vage.

A. NAZIV MERILA: merna naprava sa dometnim tegovima

B. TIP MERILA: ADV-10

C. PROIZVOĐAČ MERILA: RO "VAGAR" Novi Sad

D. NAMENA MERILA: merna naprava sa merila mase (J=10.000 kg)

E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M-0_v12

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: neograničen broj
komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: _____

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Odobrenje je radjeno na osnovu Metrološkog uputstva za pregled mernih naprava vaga br. 0202-6314/1

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 63/79).


UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.


Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa («Službeni list SFRJ», broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

BEOGRAD, 11.1. 1984.





PRENOSNI ODNOS = 1/ 500		NAJMANJI PODELJAK = 5kg		TEŽINA
KONSTRUISAO	POTPIS	DATUM	„VAGAR“	
CRTAO		MAJ 1983	NOVI SAD	
KONTROLA			ZAMENJENO SA	ZAMENJUJE
MERILO:	NAZIV:		BROJ CRTEŽA	
	MERNI UREĐAJ (J=10t)		ADV-10-00.00.00-K	
			PROIZVOD	LISTOVA
				LIST

PRILOG ODOBRENJA BR. 02-6841

1. Merno-tehničke karakteristike merne naprave

- 1.1. Za vage klase tačnosti (III)
- 1.2. Max merenje 10.000 kg
- 1.3. Min merenje 100 kg
- 1.4. Najmanji podeljak $d \hat{=} 5$ kg
- 1.5. Radna temperatura od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$
- 1.6. Merna naprava je sa dometnim tegovima
- 1.7. Natpisi i oznake

- proizvođač "VAGAR" - Novi Sad
- tip - merne naprave ADV-10
- klasa tačnosti (III)
- najmanji podeljak $d \hat{=} 5$ kg
- max merenje 10.000 kg
- min merenje 100 kg
- službena oznaka M-0-12
- na svim dometnim tegovima mora biti upisana masa sa oznakom merne jedinice
- na pločici iznad glavnog noža mora biti upisan registarski broj merne naprave, prenosni odnos 1:500 i fabrički broj
- na nosačima tegova mora biti utisnut fabrički broj
- pored otvora za očitavanje izmerene mase mora biti oznaka u kilogramima

2. Način pregleda i žigosanje

2.1. Pregled merne naprave se vrši prema Metrološkom uputstvu za pregled mernih naprava vaga br. 0202-6314/1 od 12.12.1983. godine.

2.2. Žigovi se stavljaju na sledećim mestima:

- iznad nazivne mase svakog tega i na komorama za podešavanje;
- na mestima kojima se obezbedjuje pomeranje noževa na mernoj poluzi;
- na pločici iznad glavnog noža iza registarskog broja;

Posle pregleda merila mase žigovi se stavljaju još i na:

- mesta koja obezbedjuju skidanje vezne šipke i nosača tegova;
- mestu koje onemogućava pomeranje tega kojim se podešava osetljivost vage;
- na natpisnoj pločici postavljenoj na oklopu aparata.