

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o2o2-2882/7

2. XII 1975.godine

Beograd, Mike Alasa br. 14 tel. 62o-666

Primer
2/1
Pupar

Na osnovu člana 3o. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Sl.list FNRJ", br. 45/61 i "Sl.list SFRJ", br. 12/65 i 37/74), a na osnovu tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

ODOBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: o2o2-2882/7 od 2. XII 1975. god.

Službena oznaka: M-o5-1oo

Naziv proizvođača: "VAGA" - Beograd

Naziv merila: Vaga sa pomičnim tegovima

1. Osnovne karakteristike

1.1. Vaga sa pomičnim tegovima je sistema IX

1.2. Ovim odobrenjem obuhvaćene su vage opsega od 125 kg do 5 000 kg i od 38 kg do 1 500 kg

1.3. Merni uređaj je sa dva pomična teža

1.4. Konstrukcija mernog uređaja za vagu od 1 500 kg prikazana je na nacrtu br. ST-ol-o8

1.5. Konstrukcija prenosnih poluga za vage od 1 500 kg prikazana je na nacrtu br. ST-ol-ol i o2 dok je za vagu od 5 000 kg prikazana na nacrtu br. MV5o-o2-o8, 11 i 12.

2. Natpisi i oznake

Na vagama mora biti upisano na trajan način sledeće:

- naziv vage: "Vaga sa pomičnim tegovima"

- opseg: "Opseg merenja od 125 do 5 000 kg"

"Opseg merenja od 38 do 1500 kg"

- službena oznaka "Službena oznaka M-o5-1oo"

- klasa tačnosti: "Klasa tačnosti III"

- tvornički broj i godina proizvodnje

- tip vage i naziv proizvođača.

3. Pregled i žigosanje

- 3.1. Tipsko ispitivanje je izvršeno na osnovu Pravilnika o tehničkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Sl. list SFRJ", br. 34/75).
- 3.2. Granice grešaka pri ispitivanju tačnosti iznose:
1/2000-ti deo stvarnog tereta, uvećanog za grešku merne naprave, za opseg merenja od 1/5-ne do pune jačine vage;
jednaka je granici greške za 1/5-nu jačine vage za opseg merenja od najmanjeg merenja do 1/5-ne jačine vage.
- 3.3. Ukoliko se pregledom utvrdi da vaga ispunjava uslove pomenu- tog Pravilnika i ovog odobrenja, ista se ima žigosati.

PRILOG: Nacrt ST-01-01,02,08 za vagu
od 1.500 kg i
MV50-02-08,11,12 za vagu
od 5000 kg

KONTROLA MJERA I DRAGOCIENIH METALA

Br. 1081
15. XII 1975 god.
RIJEKA



DIREKTOR,
Petar Kovinčić, dipl.ing.

[Handwritten signature]