



САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
БЕОГРАД
КОНТРОЛА МЕРА И ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

Бр. 0201-1623/12

23.12. 1985. год.

11000 БЕОГРАД, Браће Баруха 27, тел. 183-736
TELEX: 11020 YU YUZMBG
IM/MN

R.O. "LIBELA"

63000 CELJE
Opekarniška br. 2

Na osnovu člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 32/78) i člana 36. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84), na zahtev R.O. "LIBELA", Opekarniška br. 2, 63000 Celje, donosi se

РЕШЕЊЕ

o dopuni rešenja o odobrenju
tipa merila

1. Rešenjem pod brojem: 0202-940/76, i dopune odobrenja pod brojem 0202-7357/77 od 16.01.1978. godine, odobreno je da se mogu podnositi na pregled merila:

- A. NAZIV MERILA: Vaga za industrijske svrhe;
- B. OZNAKA TIPA MERILA: TU-S1-29599,
- C. PROIZVODJAČ MERILA: RO "LIBELA", Opekarniška 2,
63000 Celje;
- D. NAMENA MERILA: Za merenje u svrhu obračuna profila i cevi većih dužina;
- E. SLUŽBENA OZNAKA TIPA MERILA: M-05-103.

2. Merilo iz tačke 1. ovog rešenja je prepravljeno u smislu

što je:

- Ispod merne naprave ugradjen uljni amortizer;
- Na uglovima vage postavljene su stope sa zavrtnjima za dovodjenje iste u horizontalni položaj;
- Na prijemniku opterećenja ugradjeni su metalni stubovi za zaštitu merača;
- Podmosna konstrukcija je zaštićena limenim okloпом.

Sistem podmosnih poluga je isti kao u nacrtu br. 60.05.062, na osnovu kojeg je izdato odobrenje za ova merila.

3. Odobrava se da se merila iz tačke 1. prepravljena u smislu tačke 2. ovog rešenja, mogu podnositi na pregled.

4. Vaga se može pomerati po koloseku ugradjenom sa obe strane duž celog magacina, ali se pre početka merenja mora postaviti u horizontalan položaj pomoću ugradjenih stopa sa zavrtnjima.

5. Podnosilac zahteva je dužan da u zakonskom roku nadoknadi troškove postupka ispitivanja tipa merila u iznosu od: 36 000.-dinara.

6. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Zahtevom R.O. "LIBELA" Opekarniška br. 2, 63000 Celje-Servis Beograd br. ŠT/DN-169/85, od 13.11.1985.godine, traženo je donošenje rešenja na osnovu kog se merila iz tačke 1. prepravljena u smislu tačke 2. ovog rešenja, mogu podnositi na pregled.

Izvršenim dopunskim ispitivanjem tipa prepravljenog merila ustanovljeno je da je merilo podesno za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove propisane Pravilnikom o metrološkim uslovima za merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IV) ("Službeni list SFRJ", br. 55/82).

Troškovi ispitivanja tipa merila naplaćuju se na osnovu odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje tipa merila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i merila ("Službeni list SFRJ", br. 44/84, 4/85 i 63/85).

Na osnovu napred izloženog rešeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba

ne zadržava izvršenje rešenja.


Taksa po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", broj 20/84) u iznosu od 16.- i 60.-dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

CO:

- MRS,
- KIS,
- OPKOP,
- Za "Glasnik" (6),
- Pisarnici.

DIREKTOR,

72 Milisav Bojičić, dipl. tek.



PRILOG REŠENJU BROJ o201-1623/12

1. Merno tehničke karakteristike merila

- 1.1. Klasa tačnosti (III),
- 1.2. Max merenje 10 000 kg,
- 1.3. Min merenje 100 kg,
- 1.4. Najmanji podeľjak $d=5$ kg,
- 1.5. Merilo je konstruisano na principu prenosnih poluga sistema IX, sa mernom napravom sa pomičnim tegom.
- 1.6. Natpisi i oznake
 - Proizvodjač "LIBELA" Celje,
 - Tip vaga sa pomičnim tegom,
 - Klasa tačnosti (III)
 - Najmanji podeok $d=5$ kg,
 - Max merenje 10 000 kg,
 - Min merenje 100 kg,
 - Službena oznaka M-o5-1o3.

2. Način pregleda i žigosanja

- 2.1. Ispitivanje se vrši tegovima klase tačnosti M., prema Pravilniku o metrološkim uslovima za merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) ("Službeni list SFRJ", br. 55/82).
- 2.2. Žigosanje se vrši, žigom za prethodna ispitivanja merne naprave, osnovnim žigom i godišnjim pri prvom pregledu i godišnjim prilivom periodičnog pregleda.