

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o2o2-1661/7

27. jun 1977.god.

BEOGRAD, Mike Alasa 14, tel.62o-666

DD/NM

*primio*  
*Y. K. ...*

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 13/76) i čl. 1o. Pravilnika o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", br. 29/76) direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

#### ODOBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: o2o2-1661/77

Službena oznaka: M-o5-1o7

Naziv proizvođača: "MIP"OOUR "HIDROFOR"--ČUPRIJA

Naziv merila: Vaga sa pomičnim tegovima za otkup šećerne repe

#### 1. Osnovne karakteristike

1.1. Vaga sa pomičnim tegovima za otkup šećerne repe izrađena je tako da se može prenositi u specijalne jame radi otkupa šećerne repe.

1.2. Mosna konstrukcija prikazana je na priloženim nacrtima.

1.3. Merna naprava sa pomičnim tegovima ima podelu po 2 kg.

#### 2. Natpisi i oznake

2.1. Na natpisnoj pločici moraju biti sledeći natpisi:

- "Vaga sa pomičnim tegovima",
- "Opseg merenja od 2oo do 8ooo kg",
- "Najmanji podeljak  $\hat{=}$ 2 kg",
- "Klasa tačnosti III",
- "Službena oznaka M-o5-1o7",
- "Broj sa godinom izrade i proizvođač".

./..

### 3. Pregled i žigosanje

3.1. Prilikom pregleda pridržavati se ovog odobrenja i Pravilnika o tehničkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ", br. 34/75).

3.2. Žig prvog pregleda stavlja se na početku i kraju skale, na osiguranju od skidanja tara tega i na kalajnim kapljicama, dok se pri povremenom pregledu žig stavlja na mestu za povremeni pregled.

PRILOG: nacrti PV.8D.00  
PV.8D.04  
PV.8D.06  
PV.8D.09  
PV.8D.000

DOSTAVLJENO:

- Svim organizacionim jedinicama
- "MIP"OOUR "HIDROFOR"-Čuprija
- Redakciji "Glasnika" 3x

DIREKTOR  
Petar Kovinčić, dipl.ing.



KONTROLA MJERA I DIMENZIJENIH METALA

Br. 1124

31. X 19 77 god.

RIJEKA