

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-1185/3

Datum: 26.02.1980.

11000 Beograd, Mike Alasa 14, tel. 620-666

DJD/RP

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Sl. list SFRJ", br. 13/76), i tipskog ispitivanja direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje:

ODOBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: 0202 - 1185/80  
Službena oznaka: M-05-115  
Naziv proizvođača: "Libela" - Celje  
Naziv merila: Vaga sa pomičnim tegovima

1. Osnovne karakteristike

1.1. Vage sa pomičnim tegovima i rezervoarom na mostu za  $CO_2$  izradjuje se od 15 000 kg i 20 000 kg.

1.2. Podeljak kod vage 15 000 kg je od 5 kg, a kod vaga od 20 000 kg je 10 kg.

1.3. Na priloženom crtežu prikazan je izgled podmosnih poluga sa glavnim dimenzijama.

1.4. Most vage na kome je rezervoar za  $CO_2$  oslanja se na kuglične ležaje koji omogućavaju njihanje mosta i time ublažuju udare na noževe vage.

2. Natpisi i oznake

2.1. Na vagi moraju biti stavljene natpisi:

"Vaga sa pomičnim tegovima",

"opseg merenja od .....do ..... kg",

"najmanji podeljak  $d \geq$  ..... kg",

"klasa tačnosti III",

"službena oznaka M-05-115",

broj vage sa godinom proizvodnje, tip i proizvođač.

### 3. Pregled i žigosanje

3.1. Tipsko ispitivanje izvršeno je na osnovu Pravilnika o tehničkim uslovima. Za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Sl. list SFRJ", br.34/75).

3.2. Ukoliko se pregledom utvrdi da vaga ispunjava uslove pomenutog Pravilnika i ovog odobrenja, ista se ima žigosati:

3.3. Žigosanje vage se vrši na način predviđen za vage sa pomnim tegovima.

1 PRILOG: Crtež 60.05.063

Co: - Svim organizacionim  
jedinicama Zavoda  
- "Libela" - Celje, Opekarniška 2  
- Redakcija "Glasnika" - 3 kom.

KONTROLA MJERA I DRAGOCJENIH METALA

Br. 313

6.111 1980 god.

RIJEKA



DIREKTOR,

*Miloslav Vojičić*  
Miloslav Vojičić, dipl. ecc.