

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-100/2

18.05. 1982.god.

11000 Beograd, Biske ATasa 14, tel. 620-666

DB, ZR/LJJ

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 13/76 i 74/80) i Pravilnika o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 29/76), a na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

ODOBRENJE ZA PREGLED

Broj odobrenja: 0202-100/82
Službena oznaka: M-05-119
Naziv proizvođača: "LIBELA" TOZD Tovarna tehtnic Celje
Naziv merila: Vaga sa pomičnim tegovima.

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE

1.1. Vaga sa pomičnim tegovima ima prijemnik opterećenja dužine 560 mm i širine 560 mm.

1.2. Vaga je prenosiva, za postavljanje u horizontalni položaj opremljena je sa viskom.

1.3. Most vage oslanja se preko visulja, odnosno uporišta na saonice.

1.4. Sistem poluga dat je na priloženom nacrtu.

2. NATPISI I OZNAKE

2.1. Na natpisnoj pločici mora biti upisano sledeće:

- "Vaga sa pomičnim tegovima",
- "Opseg merenja od 5 kg do 200 kg",
- "Najmanji podeljak $d \approx 100$ g",
- "Klasa tačnosti (III)",
- "Službena oznaka M-05-119",
- "Fabrički broj _____",
- "Godina proizvodnje _____",
- "Tip vage: AGRO 200".

3. PREGLED I ŽIGOSANJE

3.1. Tipsko ispitivanje izvršeno je na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III), ("Službeni list SFRJ", br. 34/75).

3.2. Ukoliko se pregledom utvrdi da vaga ispunjava uslove pomenutog pravilnika i ovog odobrenja, ista se ima žigosati.


3.3. Žigovi za prvi i povremeni pregled stavljaju se na predvidjenim mestima na poluzi vage.

Prilog: Nacrt br. 60.02.012.

DOSTAVLJENO:

- "Libela" - Celje
Opekarniška br. 2
- Redakcija "Glasnik"-a 6 x,
- Svim organizacionim jedinicama
Zavoda.

DIREKTOR
Milan Vojtčič, dipl. ecc.



SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o2o2-5894/2

22. 06. 1982. god.

11000 BEOGRAD, Mike Alasa 14, tel.620-366

DD/NM

SVIM KONTROLAMA MERA I DRAGOCENIH METALA

U odobrenju za pregled vage od 200 kg proizvodnje "LIBELA"
Celje, br. o2o2-100/2, od 18.05. 1982. godine, službene oznake M-05-119
nije priložen nacrt br. 60.02-012, te vam isti prilažemo.

PRILOG: nacrt 60.02.012.

CO: "Libela"-Celje

Opekarniška 2

Redakcija "Glasnik"-a

METROLOŠKO-RAZVOJNI SEKTOR
POMOĆNIK DIREKTORA

Dr Dobrivoje Prokić, dipl.ing.

