

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-4423/3

31.05.1982.

11000 Beograd, Mike Alasa 14, tel. 620-666

DDJ/DK

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", broj 13/76 i 74/80) i Pravilnika o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 29/76), a na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mero i dragocene metale izreče

ODOBRENJE ZA UZGLED

Broj odobrenja: 0202-4423/82

Službena oznaka: M-05-120

Naziv proizvodjača: "Vaga" Beograd

Naziv merila: Drumska vaga sa pomičnim tegom

1. Osnovne karakteristike

1.1. Drumska vaga sa pomičnim tegom ima dva mosta čije su dužine 9 m, te ukupna dužina vage iznosi 18 m. Širina vage je 3 m. Glavni nosači su od I profila visine 400 mm, na sredini ojačani lamecom 20 mm.

Na krajevima mosta nalaze se po dva odbojnika, a mostovi se oslanjaju na četiri valjkasta ležišta.

1.2. Sistem poluge dat je na načrtu. Glavne poluge, na koje se most oslanja preko valjkastih ležaja su od I profila visine 300 mm. Dok je poprečna poluga (komunikator) od I profila visine 200 mm.

1.3. Prenošenje sila sa komunikatora na mernu napravu vrši se preko tri poluge od kojih krajnja ima i teg za tariranje.

1.4. Merna naprava ima pomični teg sa dve lamele. Podela na mernoj poluzi je po 1000 kg, a na lamlama od 100 kg i 10 kg.

2. Natpisi i oznake

2.1. Na pločici vase moraju stajati sledeći natpisi:

- vaga sa pomenim tegovima;
- opseg merenja od 1000 kg do 50000,kg;
- najmanji podjednak d = 10 kg;
- službena oznaka M-05-120;
- klasa tačnosti **(III)** ;
- tip vase ;
- tvornički broj sa god. i proizvodnje i naziv proizvodjača.

3. Pregled i Žigosanje

3.1. Tipsko ispitivanje izvodi se na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vase sa nečuvenim funkcionsanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ" br. 34/75).

3.2. Ukoliko se pregledom utvrdi da vase ispunjava uslove pogodno pravilnika i ovog odobrenja, vase se imaju žigosati.

3.3. Žigosanje vase vrši se na polugama merne naprave.

Prilog: Nacrt

DOSTAVLJENO: - "Vaga", Beograd  
D. Tuccovića br. 6  
- Redakcija "Glasnik" 6 x  
- Svim organizacionim jedinicama Zavoda

D I R E K T O R

Milisav Vojičić, dipl.ccc.



/ / / /