

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-3574/3

1975 - 08 - 29

Beograd

BD/ZJ

SVIMA KONTROLAMA MERA I DRAGOCENIH METALA

Na osnovu člana 30. Zakona o mernim jedinicama i merilima i izvršenog dopunskog tipskog ispitivanja

O D O B R A V A S E:

pregled i žigosanje kolskih vaga od 60.000 kg, proizvodnje "VAGA" - Beograd (ranije "Beograd" - Beograd), službene oznake M-05-76.

1. Osnovne karakteristike merila:

Vage su po konstruktivnoj izvedbi indentične opisanoj u odobrenju br.05-1752/1 od 1963-06-14 "Glasnik" grupa XII, str.56.

Most vage dužine 16 ili 18 m i širine 3 m pokriven je rebrastim limom, koji je učvršćen na poprečne nosače UNP 10. Dva glavna limena nosača kod vage od 16 m imaju visinu 600 mm i sa donje strane su ojačani lamelom 30 x 300 mm, dok su kod vage od 18 m visoki 640 mm i sa donje strane su ojačani lamelom 20 x 340 mm.

Uzdužne prenosne poluge izradjene su od nosača INP 26 i pojačane su na donjoj strani lamelom 25 x 100 mm.

Srednja prenosna poluga izradjena je od nosača INP 18.

Ostali elementi su isti kao kod vage od 50.000 kg odobrene pod br.05-1752/1 od 1963-06-14, i

2. Vage moraju imati sledeće natpise:

- a) Mosna vaga sa pomičnim tegom;
- b) Opseg merenja od 1.000 do 60.000 kg;
- c) 1 podeljak \approx 20 kg odnosno 10 kg;
- d) Klasa tačnosti III.

Ako se izvršenim pregledom utvrdi da je vaga ispravna, ista se ima žigosati.

PRILOG: Nacrti.

Ko: - "VAGA" - Beograd,
Dim.Tucovića br.6

ZASTUPA DIREKTORA,

Radovan Stević, prof.

KONTROLA MJERA I DRAGOCENIH METALA

Br. 794

8.12 1975 god.

RIJEKA