

KLASA: UP/I-960-03/99-07/103  
URBROJ: 558-03/9-99-2  
Zagreb, 29. prosinca 1999.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke AGRIONICA, d.o.o, 34000 Požega, Sokolova 16, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: PCL...
  - proizvođač mjerila: SARTORIUS i PRECIA -MOLEN
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Göttingen-SR Njemačka i Privas-Francuska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-1-1010
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka AGRIONICA, d.o.o, 34000 Požega, Sokolova 16, podnijela je ovom Zavodu, 06. lipnja 1998 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 51/93) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

**RAVNATELJ**  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. AGRIONICA, d.o.o, 34000 Požega, Sokolova 16
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/113,URBROJ:558-03/1-98-1, od 21. srpnja 1997. pod službenom oznakom HR M -1 -1010.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru će se osim navedenih tipova vaga Sartorius primati i vage iz zajedničkog programa Sartorius i Precia-Molen, Francuska istih mjeriteljskih značajki.

U tablici u nastavku navedene su usporedne oznake Sartoriusa i Precie:

Tvorička oznaka Sartorius	BP...	BL...
Tvorička oznaka Precia	PLC ...	PLC ...
Razred točnosti	Ⓘ	Ⓘ , Ⓜ

3. Ostalo

Prema izvornom rješenju.