

KLASA: UP/I-960-03/04-07/33

URBROJ: 558-03/9-04-2

Zagreb, 19. travnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPOA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: Axxx i 7xxx
 - proizvođač mjerila: KERN & SOHN GmbH
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Balingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-1-1018
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 26. ožujka 2004. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvešćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vase s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Libra Tehničar Alba d.o.o., II Pračanska 6a,
10000 Zagreb
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/33

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: KERN & SOHN GmbH

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : Axxx i 7xxx

Službena oznaka tipa:
HR M-1-1018

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o.
II Pračanska 6a
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: KERN & SOHN GmbH

Vrsta mjerila: Elektromehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem
razreda točnosti **I**.

Tip mjerila: Axxx i 7xxx

Službena oznaka tipa: HR M-1-1018

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba

Vaga je izvedena s elektroničkim pokazno-upravljačkim uređajem (EPU) u kućištu vase. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjerni pretvornik sile (MPS).

2.2 Izvedba elektronike

U elektroničkom sklopu vase pojačava se izlazni signal mjernog pretvornika sile i obavlja analogno/digitalno pretvaranje mjernog signala. Digitalni signal obrađuje se u mikroprocesoru, da bi se dobilo podatak o izmjerenoj težiniane. Pokazivač prikazuje na prikazu iznos težine ili ostale podatke prema ugrađenom programu. Mjerilo se napaja preko pripadnog sklopa za napajanje.

2.3 Funkcije vase

- ◆ Uređaj za početno namještanje ništičnog položaja
- ◆ Uređaj za kombinirano poluautomatsko namještanje na ništicu i uređaj za odbijanje tare T
- ◆ Poluautomatsko namještanje ništice
- ◆ Uređaj za nadzor prikaza
- ◆ Uređaj za zaštitu od preopterećenja

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLAZA: UP/I-960-03/04-07/33

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-1-1018

3. Tehnički podaci

Tip	Axxx i 7xxx
Razred točnosti	(I)
Max	1mg...300g
e	0,01mg...0,1mg
n ≤	320000
Temperaturno područje rada (°C)	10/30

4. Crteži za prepoznavanje mjerila

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vase Axxx i 7xxx te način ovjeravanja

5. Natpisi i označke

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i označke:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vase
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vase: HR M-1-1018
- 5) serijski ili tvornički broj vase
- 6) mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- 7) ispitni podjeljak (e= ...) i d=...
- 8) temperaturno područje rada 10/30 °C
- 9) nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i označke moraju biti na hrvatskom jeziku.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/33

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-1-1018

6. Postupak ovjeravanja vase

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim zahtevima za mjerila mase - vase s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIII ("Narodne Novine" broj 24/03).

7. Način žigosanja vase

Vagu se na odgovarajući način mora zaštiti od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vase.

Ovjera ispravnosti vase obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice uz prikaz mase (slika 1.).

Natpisna pločica osigurava se zaštitnim žigom u obliku naljepnice od skidanja.

Zaštitna od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati, obavlja se postavljanjem zaštitnog žiga u obliku naljepnice.

8. Opaska

8.1. Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o radu s vagom i njezinom održavanju.

8.2. Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/33

URBROJ: 558-03/9-04-2


Službena oznaka tipa:
HR M-1-1018

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Axxx



7xxx