



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/0464-07/20

URBROJ: 558-03/6-06-02

Zagreb, 20. srpnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Zagreb, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

- Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: WAA..., WAX..., WPM..., WPS..., WPX..., WPT... i WLT...
 - proizvođač mjerila: RADWAG i TEHNIČAR UNICOMP
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: RADOM, Poljska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-1-1019
- Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
- Ovo tipno odobrenje vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
- U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 09. ožujka 2006. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ


Mirko Vuković, dipl. ing.

Dostaviti:

- TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb
- OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
- Pismohrana, ovdje
- Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/20

URBROJ: 558-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: RADWAG

Službena oznaka tipa:

HR M-1-1019

MJERILO: Elektromehanička vaga tip :

WAA..., WAX..., WPM..., WPS..., WPX..., WPT... i WLT...

1. TEHNIČKI OPIS VAGE
Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/04-07/80,URBROJ:558-03/9-04-2,
od 07. svibnja 1998.
2. TEHNIČKI PODACI
Na prvu ovjeru primat će se pod oznakom tipa i vage mjeriteljskih značajki, proizvodnje RADWAG prema tablici u nastavku:

Tip	WAA... WAX... WAX (40/160 i 100/160) WPS60/C/2	WPX200/2000 WPX... WPS... WLT (1,2...60)/(6...120) WPT (3/6 i 30/60) WPT... WPM...
Razred točnosti	I	II
Max, Max1/Max2)	60...220 g 60..220 g 40/160 g 100/160 g 60 g	200/2000 g 250...4500 g 110...6000 g (1,2...60)/6...120) kg 3/6 kg i 30/60 kg 1...24 kg 20, 30, 50
e, e1/e2	1 mg 0,1/1 mg 0,1/1 mg 1 mg	10/100 mg 10/100 mg 10/100 mg 0,010...1,000 g 0,02/0,05 do 1/2 g 0,1...1 g 0,1, 0,1, 0,2
d, d1/d2	0,1 mg 0,01/ 0,1 mg 0,01/0,1 mg 0,1 mg	1/10 mg 1...10 mg 1...10 mg 1...100 mg 0,1/0,2 g i 1/2 g 0,1...1 g 0,01...0,1
Tara	≤ 100 % Max	
Prijamnik tereta (mm)	Φ (80 i 100) Φ 80 Φ 80 Φ 80	(128 × 128) (128 × 128) i (165 × 165) (128 × 128) i (165 × 165) (165 do 410) × (165 do 410) (165 × 165) i (250 × 300) (165 × 165) i (250 × 300) 460 × 420
Temperaturno područje	+ 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C	+ 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C + 15°C/ + 30°C 0°C/ + 40°C 15/ +30 °C

Mam

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/20

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-1-1019

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vaga WPM i način ovjeravanja Izgled vaga WPT i način ovjere

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju.



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/20

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:

HR M-1-1019

Slika 1



Ovjerni žig u obliku nljepnice



Handwritten signature