



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/52
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 30. lipnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o, Mandlova 3, 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: X..., X...S, X...M, X...P i X...L
 - proizvođač mjerila: METTLER TOLEDO AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Greifensee, Švicarska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-1-1023
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka METTLER TOLEDO d.o.o, Mandlova 3, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 22. svibnja 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnosioca zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

1. METTLER TOLEDO d.o.o, Mandlova 3, 10000 Zagreb
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/52

URBROJ: 558-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO AG

Službena oznaka tipa:

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : X..., X...S, X...M, X...P i X...L

HR M-1-1023

1. **TEHNIČKI OPIS VAGE**

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/04-07/146,URBROJ:558-03/6-06-2,
od 10 siječnja 2005, pod službenom oznakom HR M -1 -10233.

2. **TEHNIČKI PODACI**

Na prvu ovjeru primat će se pod oznakom tipa X..., X...S, X...M, X...P i X...L, vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	X..., X...L, X...M, X...P i X...S		
	I		II
Max (g)	210...64100	> 1210	210...64100
e (g)	0,001... 1	0,01	0,01... 1
d (g)	0,0001... 1	0,001	0,001... 1
n ≤	641000	51000	81000
Temperaturno područje (°C)	10/30	15/25	10/30

3. **OSTALO**

Prema navedenom tipnom odobrenju..