



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, пошт. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

ODOBRENJE Br. 0214-2688

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SFRJ«, broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima (»Službeni list SFRJ«, broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

"TEHTNICA" - ŽELEZNIKI

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: stalno opterećena vaga klase tačnosti (I)

B. TIP MERILA: 2615

C. PROIZVOĐAČ MERILA: "Tehtnica" - Železniki

D. NAMENA MERILA: merenje mase do 200 g

E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M-1-1

neograničen broj

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti:
komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva:

tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila (»Službeni list SFRJ«, broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Odobrenje je radjeno na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II), (»Službeni list SFRJ«, br. 6/78).

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa metražnim tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila (»Službeni list SFRJ«, broj 63/79).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa (»Službeni list SFRJ«, broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

Primerak odobrenja (za jedan primer).

Kontrola mera i dragocenih metala,

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

23.06. 3
BEOGRAD, 198—

DIREKTOR

PRILOG ODOBRENJU BR. 0214-2688/83

1. MERNO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti (I)
- 1.2. Max merenje 200 g
- 1.3. Min merenje 50 mg
- 1.4. Ispitni podeljak (e) 1 mg
- 1.5. Opseg skale 1000 mg
- 1.6. Najmanji podeljak 0,1 mg
- 1.7. Radni temperaturni uslovi od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$
- 1.8. U vazi su ugradjeni tegovi od 1 g do 100 g što omogućuje mogućnost merenja do 200 g bez upotrebe tegova van vase.
- 1.9. Tegovi - vaga je uslovljena za gustinu 8000 kg/m^3 , pri prosečnoj gustini vazduha $1,2 \text{ kg/m}^3$.
- 1.10. U vazi je ugradjen mehanizam, zasnovan na elastičnosti opruge koji omogućuje grubo vaganje (pred merenje) radi izbora tegova koje treba uključiti odnosno isključiti, predmerenje se uključuje okretanjem dugmeta suprotno smeru kazaljke na satu.
- 1.11. Merilo je zasnovano na principu poluge i stalnog - opterećenja - ugradjenih tegova.
- 1.12. Natpisi i oznake
 - proizvodjač: TEHTNICA,
 - tip vase 2615
 - klasa tačnosti (I)
 - ispitni podeljak 1 mg
 - podeljak d_d 0,1 mg
 - Max 200 g
 - Min 50 mg
 - službena oznaka M-1-1
 - serijski broj i god _____.