



САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE  
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMONITE KOVINE  
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Бр. 0214-7276

Бр.

Шт.

22.04.

1985. год./год./let.

11000 БЕОГРАД—БЕОГРАД—БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 183-736

TELEX: 11020 YU YUZMBG

DC/MN

О П Т И К А - Б Е О Г Р А Д

11000 Б Е О Г Р А Д  
Cara Uroša 8-10

Na osnovu člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 32/78) i člana 36. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84), na zahtev: preduzeća "OPTIKA" - Beograd, Cara Uroša 8-10, donosi se

### Р Е Ш Е Н Ј Е

o odobrenju tipa merila

1. Odobrava se da se mogu podnositi na pregled merila:

- A. NAZIV MERILA: Vaga klase tačnosti (I),
- B. OZNAKA TIPa MERILA: SAHM 02,
- C. PROIZVODJAC MERILA: VEB DDR Dresden, Analitik
- D. NAMENA MERILA: merenje mase u svrhu analiza u procesu rada,
- E. SLUŽBENA OZNAKA TIPa MERILA: M-1-2.

2. Sastavni deo ovog rešenja čini prilog sa podacima o metrološkim svojstvima i upotrebljivosti merila i načinom žigosanja merila iz tačke 1. ovog rešenja.

3. Podnosilac zahteva je dužan da u zakonskom roku naknadi troškove postupka ispitivanja tipa merila u iznosu od: 12.000.-dinara.

4. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

### О б р а з л о ж е н ј е

Zahtevom: preduzeća "OPTIKA", Cara Uroša 8-10, broj 8236 SS, od 01.11.1984.godine, traženo je donošenje rešenja o odobrenju tipa merila iz tačke 1. ovog rešenja. Izvršenim ispitivanjem tipa merila ustanovljeno je da je merilo podesno za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove propisane Pravilnikom o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br. 6/78).

Troškovi ispitivanja tipa merila naplaćuju se na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje tipa merila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i merila ("Službeni list SFRJ", br. 44/84).

Na osnovu napred izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:** Protiv ovog rešenje može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba mora biti taksirana sa 60.-dinara administrativne takse. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", br. 20/84), u iznosu od 16. i 60.-dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

CO:

- MRS,
- KIS,
- OPKOP,
- Za "Glasnik" (6),
- Pisarnici



PRILOG ODOBRENJU BR. 0214-7276

1. PODACI O METROLOŠKIM SVOJSTVIMA I UPOTREBLJIVOSTI MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti (I)
- 1.2. Max merenje 100 g
- 1.3. Min. merenje 10 mg
- 1.4. Najmanji podeljak 0,01 mg
- 1.5. Radni temperaturni uslovi od +10°C do +40°C
- 1.6. Merilo je zasnovano na principu stalno opterećene poluge sa ugrađenim tegovima.
- 1.7. Vaga poseduje mogućnost grubog predmerenja u svrhu izbora tegova za merenje.
- 1.8. Natpisi i oznake
  - proizvođač: VEB DDR Dresden - Analytik
  - tip vage: SAHM 02
  - klasa tačnosti: (I)
  - ispitni podeljak:  $e=1$  mg
  - Max merenje: 100 g
  - Min merenje: 10 mg
  - službena oznaka: M-1-2

2. NAČIN ŽIGOSANJA

- 2.1. Žigosanje se vrši nalepnicom na osnovu tačke 6. Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova, koji se upotrebljavaju pri pregledu merila ("Službeni list SFRJ", br. 26/84).
- 2.2. Nalepnica se stavlja na vidno mesto sa prednje strane.