



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE  
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE  
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

## ODOBRENJE Br. 0214-3053

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SFRJ«, broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima (»Službeni list SFRJ«, broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

"VATROSPREMA" BEOGRAD, Ustanička br. 67

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: Stalno opterećena vaga klase tačnosti (I)  
B. TIP MERILA: 2842  
C. PROIZVOĐAČ MERILA: "Sartorius" - Gettingen SRN  
D. NAMENA MERILA: merenje mase do 160 g  
E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M-1-3

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: neograničen broj  
komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: -  
-

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Odobrenje je radjeno na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i(II) ("Službeni list SFRJ", br. 6/78).

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 63/79).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa («Službeni list SFRJ», broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zah-teva i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijском sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

BEOGRAD, 23.06. 1983



1. MERNO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti (I)
- 1.2. Max merenje 160 g
- 1.3. Min merenje 50 mg
- 1.4. Ispitni podeljak (e) 1 mg
- 1.5. Opseg skale 1000 mg
- 1.6. Najmanji podeljak 0,1 mg
- 1.7. Radni temperaturni uslovi od + 10°C do + 40°C
- 1.8. U vagi su ugradjeni tegovi od 1 g do 159 g.
- 1.9. Merilo je zasnovano na principu stalno opterećene poluge.
- 1.10. Uključenjem vage suprotno smeru kazaljke na satu vrši se grubo merenje (predmerenje), koje se zasniva na principu elastičnosti ugradjene opruge, na osnovu tog merenja vrši se izbor tegova ugradjenih u vagi.
- 1.11. Natpisi i oznake
  - proizvođač "Sartorius"
  - tip vage 2842
  - klasa tačnosti (I)
  - ispitni podeljak (e) 1 mg
  - najmanji podeljak 0,1 mg
  - Max merenje 160 g
  - Min merenje 50 mg
  - službena oznaka M-1-3

2. NAČIN PREGLEDA I ŽIGOSANJA

- 2.1. Ispitivanje se vrši tegovima klase tačnosti E2 saglasno Pravilniku o metrološkim uslovima za tegove ("Službeni list SFRJ", br. 12/80), kao i Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br. 6/78).
- 2.2. Žigosanje se vrši nalepnicom prema tački 9. Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri pregledu merila ("Službeni list SFRJ", br. 51/76). Nalepnica se stavlja na metalnu površinu u prostoru prijemnika tereta.