



С Ф Р Ј — С Ф Р Ј

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE  
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE  
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ  
БЕОГРАД—БЕОГРАД—БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, пошт. фах 746, тел. 183-736, TELEX: 11020 YU YUZMBG

На основу члана 202. Закона о општем управном поступку (»Слуžbeni list SFRJ«, бр. 32/78) и члана 36. став 1. Закона о мernim jedinicama i merilima (»Слуžbeni list SFRJ«, бр. 9/84), на захтев: R.O.  
"ELEKTROBOSNA" JAJCE, Služba kontrole kvaliteta, donosi se

## РЕШЕЊЕ Br. o214-9277

### о одобренju tipa merila

1. Odobrava se da se mogu podnosi na pregled merila:

A. НАЗИВ МЕРИЛА: Vaga klase tačnosti (I)elektronska

B. ОЗНАКА ТИПА МЕРИЛА: 1702 MP8

C. ПРОИЗВОДАЧ МЕРИЛА: SARTORIUS, GÖTTINGEN, SRN

D. НАМЕНА МЕРИЛА: мерење мase u svrhu analiza, receptura

u procesu rada

E. СЛУŽBENA ОЗНАКА ТИПА МЕРИЛА: M-1-4

2. Sastavni deo ovog rešenja čini prilog sa po dacima o metrološkim svojstvima i upotrebljivosti Merila i načinom žigosanja merila iz tačke ovog rešenja.

3. Podnositac zahteva je dužan da u zakonskom roku naknadi troškove postupka ispitivanja tipa merila u iznosu od: 30.000.- dinara.

4. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

NU

## Obrazloženje

Zahtevom: R.O. "ELEKTROBOSNA" JAJCE, Služba kontrole kvaliteta  
- Jajce o 0214-9277 11.12.1985.  
broj: \_\_\_\_\_, od: \_\_\_\_\_,

traženo je donošenje rešenja o odobrenju tipa merila iz tačke 1. ovog rešenja. Izvršenim ispitivanjem tipa merila ustanovljeno je da je merilo podesno za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove za ovu vrstu merila. Odobrenje je radjeno na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br. 6/78).

Troškovi ispitivanja tipa merila naplaćuju se na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mérila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i merila (»Službeni list SFRJ«, br. 44/84 i 4/85).

Na osnovu napred izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba mora biti taksirana sa 60 dinara administrativne takse. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa (»Službeni list SFRJ«, br. 20/84), u iznosu od 16 i 60 dinara, za radsaveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništена.

10.06. 6.  
BEOGRAD, 1985.

Co.: MRS  
KIS  
OPKOP  
Za "Glasnik" (6)  
Pisarnici



PRILOG ODOBRENJU BR- 0214-9277

1. PODACI O METROLOŠKIM SVOJSTVIMA I UPOTREBLJIVOSTI  
MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti: (I)
- 1.2. Max merenje: 200 g
- 1.3. Min merenje: 50 mg
- 1.4. Najmanji podeljak (d) 0,1 mg
- 1.5. Radni temperaturni uslovi: od +10°C do +40°C
- 1.6. Temperaturna promena izaziva promenu 0,2 mg/°C
- 1.7. Vaga poseduje poluautomatski sistem za kalibraciju
- 1.8. Vaga poseduje mogućnost oduzimajuće tare do Max opterećenja
- 1.9. Natpisi i označke
  1. Proizvodjač: SARTORIUS
  2. Tip vase: 1702 MP8
  3. Klasa tačnosti: (I)
  4. Ispitni podeljak: 1 mg
  5. Max merenje: 200 g
  6. Min merenje: 50 mg
  7. Službena oznaka: M-1-4

2. NACIN ŽIGOSANJA

- 2.1. Žigosanje se vrši nalepnicom
- 2.2. Nalepica se stavlja na vagu sa prednje strane
- 2.3. Vaga se poluautomatskim sistemom kalibriše a zatim ispituje tegovima klase tačnosti E<sub>2</sub>