



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU

KLASIFIKACIJSKI BROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 17. prosinca 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: AC..., BA... RC..., R..., AE... i A... (D,P,S)
 - proizvođač mjerila: Sartorius AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Gottingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-1-8
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR alba d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 15. studenoga 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)



Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR alba d.o.o., 10000 Zagreb, Starotrnjanska 32 b
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/01-07/204

URBROJ: 558-03/9-01-3

VRSTA MJERILA: Elektromehanička vaga

TIP MJERILA: AC..., BA... RC..., R..., AE... i A... (D,P,S)

PROIZVOĐAČ MJERILA: Sartorius AG, Goettingen, SR Njemačka

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR M-1-8

Str 1 / 2

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipra mjerila:

broj 0201 – 3110/2-91, od 24. lipnja 1991. pod službenom oznakom M-1-8 i rješenju o dopuni rješenja o tipnom odobrenju mjerila Klasa: UP/I-960-03/94-04/71, Urbroj 558-03/1-95-2 od 29. kolovoza 1995. pod službenom oznakom HR M-1-8.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki navedenih u tablici u nastavku:

Razred točnosti	II
Tip	AC..., BA... RC..., R..., AE... i A... (D,P,S)
Max (g)	330
Max1 /Max2 /Max3	60/110/210
e (mg)	0,01... 1
d (mg)	0,01..0,1
d1/d2/d3 (mg)	0,01/0,02/0,5
Napajanje	220 V / 50 Hz
Temperaturno područje rada	+10 °C / +30 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled i način ovjere vage R160

4. OSTALO

Prema izvornom rješenju o odobrenju tipra mjerila i rješenju o dopuni rješenja o tipnom odobrenju mjerila .

Mari

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/01-07/204

URBROJ: 558-03/9-01-3

VRSTA MJERILA: Elektromehanička vaga


TIP MJERILA: AC..., BA... RC..., R..., AE... i A... (D,P,S)

PROIZVOĐAČ MJERILA: Sartorius AG, Goettingen, SR Njemačka


SLUŽBENA OZNAKA TIPA: HR M-1-8

Str 2 / 2

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



Handwritten signature