

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o2o2-1529/82

B e o g r a d

26.05.1982.g.

U odobrenju broj o2o2-1529/82 od 13.5.1982.g. za vagu "OLLAND" - Holandija, upisana je pogrešno službeni oznaka M - 11 - 88 umesto M - 11 - 90 , te vas molimo da to ispravite u odobrenju.

COJSE
METROPOSKO RAZVOJNI SEKTOR

FOTOGRAFICKI DIREKTORA

Dr. Dobrije Prokić, dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

- "Merkantile" Zagreb
Savićev trg 6
- Redakciji "Glasnik" 6x
- Svim organizacionim jedinicama.

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-1529/82

13.05.1982.god.

Beograd, Mike Alasa 14, tel. 620-666

SG/DB

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", broj 13/76 i 74/80) i Pravilnika o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", broj 29/76), a na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

ODOBRENJE ZA PREGLED

Broj odobrenja: 0202-1529/82

Službena oznaka: M-11-88

Naziv proizvodjača: QLLAND - Holandija

Naziv merila: Vaga sa nagibnom napravom sa nepotpunom kružnom skalom i pomičnim tegovima

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE

1.1. Vaga je namenjena za tehničku upotrebu - merenje boja.

1.2. Očitavanje izmerene mase moguće je sa jedne strane.

1.3. Opseg merenja merne naprave sa pomičnim tegovima iznosi 1110 g

1.4. Opseg merenja na nepotpunoj kružnoj skali iznosi +10 g do - 40 g.

1.5. Najmanji podeljak na obe merne naprave je isti i iznosi $d = 1$ g.

1.6. Maksimalno merenje vage iznosi 5000 g.

1.7. Klasa tačnosti (III).

2. NATPISI I OZNAKE

2.1. Na vagi moraju stajati sledeći natpisi:

- "Max 5 000 g"
- "Min 10 g"
- " $d = 1$ g"
- "Klasa tačnosti (III)"
- "Sl. oz. M-11-88"
- "Fabrički broj, tip merila i proizvodjač".

3. PREGLED I ŽIGOSANJE

3.1. Tipsko ispitivanje izvršeno je na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) ("Službeni list SFRJ", br. 34/75).

3.2. Ukoliko se pregledom utvrdi da vaga ispunjava uslove pomenutog pravilnika i ovog odobrenja, vaga se ima žigosati.

3.3. Mesta stavljanja žiga označena su na crtežu datom u prilogu ovog odobrenja.


Prilog: Skica vase.

Dostavljen:

- "Merkatile" - Zagreb,
Svačićev trg 6,
- Redakcija "Glasnik"-a 6 x,
- Svim organizacionim jedinicama
Zavoda.


DIREKTOR

Milisav Vojčić, dipl.ecc.



Stolna vaga sa nagibnom napravom i nepotpunom kruznom skalom
firme "OLLAND", Tip 665 nosivosti 5 kg, d= 1 g.

Osnovni žig



Godišnji žig

