

o21o-2916/3

22. 09. 9

" M E S O P R O M E T "

RT/LG

P u l a

Predmet: tipsko ispitivanje
vaga BERKEL

V e z a: vaše pismo K.Mera
Rijeka

Dana 09.09. 1969.godine, izvršeno je tipsko ispitivanje vaga proizvodnje BERKEL, jačina 3 i 6 kg. Na osnovu podataka dobivenih kod ovog ispitivanja vage će se odobriti za upotrebu s tim što je potrebno staviti i odgovarajuće natpise:

1. za vagu od 6 kg , podeljka 5 g, treba da stoje sledeći natpisi:
"Stona vaga sa nagibnom napravom;
"Opseg merenja od 100 g do 6 kg";
"1 podeljak $\hat{=}$ 5 g";
" službena oznaka M-12-40";
" Model 2003".

Za vagu od 3 kg podeljka p= 2 g: treba da stoje sledeći natpisi:


- 1.-stona vaga sa nagibnom napravom ;
- 2.-opseg merenja do 3 kg ;
- 3.-1 podeljak 2 g;
- 4.-službena oznaka M-12-40;
- 5.-model 2003.

Za pregled navedenih vaga, pre upotrebe, obratite se Kontroli mera i dragocenih metala - Rijeka.

Ko: Kontrola mera
Rijeka

Odeljenje za istraživanje i razvoj
N A Č E L N I K,

Đorđe Blagojević, dipl.ing.



KONTROLA MJERA I DRAGOCENIH METALA

Br. 863

29. IX 1969 god.

RIJEKA

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o21o-2916/5

22. IX 1969.god.

B e o g r a d

SVIM KONTROLAMA MERA I DRAGOCENIH METALA

PREDMET: Odobrenje za pregled vaga
firme "BERKEL"

Na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja ODOBRAVA SE pregled i žigosanje stonih vaga sa nagibnom napravom proizvodnje "BERKEL" od 3 kg, podeljka $p \hat{=} 2$ g, model 2003, službene oznake M-12-40.

Na vagama treba da stoje sledeći natpisi:

- a) "Stona vaga sa nagibnom napravom";
- b) "Opseg merenja 3 kg";
- c) "1 podeljak $\hat{=} 2$ g";
- d) "Službena oznaka M-12-40, i
- e) "Model 2003, naziv proizvođača, tvornički broj i godina proizvodnje".

Kod pregleda ovih vaga Kontrole će se u svemu pridržavati odobrenja broj o5-1495/2 od 15.VI 1962.godine, "Glasnik" grupa XII, strana 7, kao i Tehničkih uslova za vage trgovi-nske klase tačnosti.

KONTROLA MERA I DRAGOCENIH METALA

Br. 868

25. IX 1969 god.

RIJEKA



1/11/69

M-12

40

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o21o-2916/4

22. IX 1969.god.

B e o g r a d

SVIM KONTROLAMA MERA I DRAGOCENIH METALA

PREDMET: Odobrenje za pregled vaga
firme "BERKEL"

Na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja ODOBRAVA SE pregled i žigosanje stonih vaga sa nagibnom napravom proizvodnje "BERKEL" od 6 kg, podeljka $\hat{p} \hat{=} 5$ g, modela 2oo3, službene oznake M-12-4o.

Na vagama treba da stoje sledeći natpisi:

- a) "Stona vaga sa nagibnom napravom";
- b) "Opseg merenja od 1oo g do 6 kg";
- c) "1 podeljak $\hat{=} 5$ g";
- d) "Službena oznaka M-12-4o" i
- e) "Model 2oo3, naziv proizvođača, tvornički broj i godina proizvodnje".

Kod pregleda ovih vaga Kontrole će se u svemu pridržavati odobrenja broj o5-1495/2 od 15.VI 1962.godine, "Glasnik" grupa XII, strana 7, kao i Tehničkih uslova za vage trgovi-nske klase tačnosti.

KONTROLA MJERA I DRAGOCENIH METALA

Br. 307

25. IX 1969 god.

RIJEKA

