

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: o2o2-2823/2

30. avgust 1973.god.

B e o g r a d

SVIM KONTROLAMA MERA I DRAGOCENIH METALA

PREDMET: Odobrenje za pregled i  
žigosanje vage BIZERBA  
tip OP-e

Na osnovu člana 30. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Sl.list FNRJ", br. 45 od 1961 god.) odobrava se pregled i žigosanje nagibnih vaga sa optičkom skalom i uređjajem za izračunavanje cene, proizvodnje BIZERBA - Balingen od 5 kg, tipa OP-e, službene oznake M-12-55.

Nagibna vaga sa optičkom skalom OP-5 odobrena je pod službenom oznakom M-12-21, a elektronski uređjaj za izračunavanje cene pridodat je vagi.

A. Podaci vage:

Opseg merenja od 50 g do 5 kg

1 podeljak optičke skale = 5 g

Opseg jedinične cene od 1 para/kg do 99,99 dinara/kg

1 podeljak ukupne cene = 5 para (zbog zaokružavanja na 0 i 5).

B. O p i s:

Ove vage imaju umesto mehaničkog regulacionog mehanizma električnu tastaturu za podešavanje jedinične cene. Tastatura ima 4 reda tastera i omogućava otkucavanje maksimalne jedinične cene od 99,99 dinara po kilogramu. Jedinična cena se pokazuje digitalno pomoću lampi sa svetlećim brojevima, na levoj strani, dok se ukupna cena takodje pomoću lampi sa svetlećim brojevima iskazuje na desnoj strani.



Ovo se postiže pomoću računskog mehanizma, koji je ugradjen u kućište nagibnog uređjaja, pojačava impulse, koji odgovaraju postavljenoj težini, množi ih sa osnovnom cenom i prosledjuje izračunatu krajnju cenu jedinici indikatora koja je opremljena lampama sa svetlećim brojevima.

Na desnoj strani donjeg kućišta vage nalaze se tri dugmeta za podešavanje. Prvo služi za izbor rada "automatski" ili "ručno". Drugo za podešavanje vremena indikacije krajnje cene. Treće služi za "brisanje tastera" tj. da po isteku podešenog vremena jedinična cena na tastaturi automatski ide na nulu. Na ove vage mogu se priključiti jedna ili dve računске mašine za štampanje kartica.

#### C. Granice grešaka

Prilikom ispitivanja nagibne naprave sa optičkom skalom pridržavati se Tehničkih uslova za nagibne vage trgovinske klase tačnosti.

Prilikom provere konačne cene i štampanja granica greške uvećana je od greške u prednjem stavu za polovinu digitalnog podeljka mase i pomnožena sa jediničnom cenom.

#### D. Ž i g o s a n j e

Polovina oklopa prema kupcu osigurana je od skidanja plombom. Poklopac nagibne naprave zaštićen je od skidanja blombom ispod polovine oklopa okrenute prodavcu, koja se može skidati.

Za stavljanje žigova povremenog pregleda pređvidjena je na donjem delu oklopa pločica za stavljanje žigova.

KONTROLA MERA I DRAGOCENIH METALA

Br. P33  
19.18 1973 god.  
RIJEKA



D I R E K T O R,  
Petar Kovinčić, dipl. ing.