

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-7246/3

13.12. 1978.god.

11000 BEOGRAD, Mike Alasa 14, tel.620-666

DD/NM

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 13/76) i tipskog ispitivanja direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

### ODOBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: 0202-7246/1978  
Službena oznaka: M-12-64  
Naziv proizvođača: "ESPERA" Werke GMBH, 41 Duisburg  
Naziv merila: Nagibna vaga sa optičkom skalom i uredjajem za izbacivanje podataka

#### 1. Osnovne karakteristike

1.1. Ova vaga namenjena je za merenje upakovane robe kojoj treba odrediti masu i ukupnu cenu na bazi zadate jedinične cene. Ona služi za pripremu robe u samouslugama i nije namenjena u otvorenim prodajnim prostorijama (radnjama).

1.2. Ovo odobrenje se odnosi na tip "Constellation 306" od 2,5 i 5 kg i tip "Constellation 606" od 5 kg. Tip 606 je isti kao i 306 samo mu je pridodata pokretna traka.

1.3. Na nacrtu je prikazan izgled vage. Konstrukcija se sastoji od nagibne naprave sa optičkom skalom i skalom za davanje el. impulsa za otkucavanje izmerene mase.

#### 2. Natpisi i oznake

2.1. Na vagi moraju biti stavljeni natpisi:

- "Nagibna vaga sa optičkom skalom";

- "Opseg merenja od 40 g do 2,5 kg" odnosno od 100 g do 5 kg;
- "Najmanji podeljak  $\hat{=}$  2 g odnosno 5 g;
- "Klasa tačnosti III";
- "Službena oznaka M-12-64";
- Broj vage sa godinom proizvodnje, tip i proizvođač.

2.2. Na uređaju za izbacivanje (štampanje) podataka moraju biti stavljeni natpisi:

- "Automat za izbacivanje podataka";
- "Opseg jedinične cene od 0 do 999,99 Din/kg";
- "Najmanji podeljak registracije jedinične cene 0,01 Din/kg";
- "Najmanji podeljak registracije mase 1 g, odnosno 2 g;
- "Broj uređaja sa godinom proizvodnje, priključak 220 V/  
/50 Hz;
- "Vagu ne diraj kada je upaljen crveni signal".

### 3. Pregled i žigosanje

3.1. Tipsko ispitivanje izvršeno je na osnovu Pravilnika o tehničkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ", br. 34/76),

3.2. Ukoliko se pregledom utvrdi da vaga ispunjava uslove pomenutog Pravilnika i ovog odobrenja, a uređaj za izbacivanje podataka se nalazi unutar zaokruživanja na 1 ceo podeljak, ista se ima žigosati.

3.3. Žigosanje vage se vrši na mestu za povremeni pregled i na vijcima koji obezbeđuju otvaranje nagibne naprave.

PRILOG: nacrt

KO: -Svim organizacionim jedinicama  
Zavoda

- Redakcija "Glasnika" 3 kom.
- "HERMES"-Ljubljana

Moša Pijadejeva 27

VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA  
Dr Dragutin Bošković, dipl.ing.

**KONTROLA MJERA I DRAGOCJENIH METALA**

Br. 1428

27. XII 1978 god.

**RIJEKA**