

KLASA: UP/I-960-03/99-07/95
URBROJ: 558-03/9-00-1
Zagreb, 03. ožujka 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: PB, PS i PZ
 - proizvođač mjerila: Mettler - Toledo AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 8606 Greifensee, Švicarska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1009
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 08. studenog 1999. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v. r.

Dostaviti:

1. Mettler Toledo d.o.o., Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. U Rješenju o tipnom odobrenju mjerila KLASA: UP/I-960-03/95-04/89; URBROJ: 558-03/1-95-4 u točki 1 popis tvorničkih oznaka mjerila dopunjava se tvorničkim oznakama PZ... i PS...

2. Sve kao u prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-960-03/95-04/89; URBROJ: 558-02/1-95-4 pod službenom oznakom tipa mjerila HR M-2-1009 od 26. ožujka, 1996.

3. U točki 1 priloga rješenju o odobrenju tipa mjerila - "Opći podaci", popis odobrenih tipova mjerila dopunjava se i tipovima PZ... i PS...

4. U točki 2 - "Opis mjerila", iza riječi "PowerPac PP-B10" dodaju se i riječi "kao i PS-EX1". Također se dodaje slijedeći pasus:

"Izgled vaga PZ... prikazan je na slici 8, dok je izgled vaga PS... prikazan na slici 9. U tablici 3 prikazane su bitne značajke odobrenih PZ..., PS... vaga razreda točnosti **II**."

5. U točki 2 - "Opis mjerila", dodaje se Tablica 3:

Tablica 3 :

Tip vage	Max [g]	Min [g]	e [g]	d [g]	T [g]
PS7001, PZ7001	7100	5	1	0,1	-7100
PS7001-F, PZ7001-F	7100	5	1	0,1	-7100
PS7001-FX	7100	5	1	0,1	-7100
PS7001-F..., PZ7001-F...	7100	5	1	0,1	-7100

6. U točki 3 - "Tehnički podaci" mijenja se slijedeće:

- u retku "**Napajanje:**", iza riječi "PowerPac PP-B10" dodaju se riječi "kao i PS-EX1"

7. U točki 4 - "Dokumentacija za identifikaciju mjerila i prikaz zaštite od neovlaštena pristupa", spisak slika nadopunjuje se niže navedenim popisom:

Slika 8 Vaga PZ...

Slika 9 Vaga PS...


Slika 10 Zaštita od neovlaštena pristupa za vage PZ... i PS...

i slikama 8, 9 i 10 koje su u ovom prilogu rješenju o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila.


8. U točki 9 - "Način žigosanja vage", dodaje se slijedeća rečenica:

"Zaštita PZ... i PS... vaga od neovlaštenog pristupa komponentama, koje korisnik ne smije rastavljati niti podešavati, vrši se pomoću dva zaštitna žiga – naljepnice, prema slici 10."

Slika 8 Vaga PZ...



Slika 9 Vaga PS



Slika 10 Zaštita od neovlaštena pristupa za vage PZ i PS

