

KLASA: UP/I-960-03/04-07/12
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 13. travnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: PB, PB-S, PL-S i GB-S
 - proizvođač mjerila: METTLER TOLEDO AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Greifensee, Švicarska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1009
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka METTLER-TOLEDO d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 10. veljače 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Mettler-Toledo d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, Mandlova 3
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/12

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO AG

MJERILO: Elektromehanička vaga tip PB, PB-S, PL-S i GB-S

Službena oznaka tipa:

HR M-2-1009

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/95-04/89, URBROJ:558-03/1-95-4, od 26. ožujka 1996., dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/98-07/89, URBROJ: 558-03/9-99-1, od 06. svibnja 1999. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/00-07/119, URBROJ: 558-03/9-01-2, od 20. studenog 2000., pod službenom oznakom HR M-2-1009.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom oznakom mjeriteljskih značajki prema tablici 1. i podacima u nastavku:

Tablica 1.

TIP	PB-S	PL-S	PB-S i GB-S
Tazred točnosti	II	II	III
Max (g)	≤ 8100	81...81000	≤ 8100
e =(g)	≥ 0,010 e = d, e = 10 d ili Delta range	0,01, 0,1, 1	e = d ≥ 1
d=(g)		0,001, 0,01, 0,1, 1	
n≤	41 000	15500	8100
Tara	100 %	100 %	100%
Temperaturno područje	10°C/30 °C	10°C/30 °C	5 °C /40 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vag tipa PL-S Max do 8100g i način ovjere
Slika 2	Zaštita od neovlaštena pristupa vaga PB-S i GB-S
Slika 3	Izgled vage PB-S i GB-S max veće od 410g i način ovjere i zaštite

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja mjerila.


PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/12

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-2-1009

SLIKA 1



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/12

URBROJ: 558-03/9-04-2


PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO AG

MJERILO: Elektromehanička vaga tip PB, PB-S, PL-S i GB-S

Službena oznaka tipa:

HR M-2-1009

Slika 2



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/12

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-2-1009

Slika 3

