

KLASA: UP/I-960-03/99-07/73
URBROJ: 558-03/1-99-2
Zagreb, 08. listopada 1999

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Libra Tehničar Alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: MB BC 100, BA BC 200 i MA BC 200
 - proizvođač mjerila: Scaltec Instruments GmbH
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Heiligenstadt, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1013
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka Libra Tehničar Alba d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 27. rujna 1999 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. Libra Tehničar Alba d.o.o., Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/96-04/59, URBROJ:558-03/1-98-1,
od 05. veljače 1997. pod službenom oznakom HR M -2 -1013 i
dopuni tipnog odobrenja: KLASA: UP/I-960-03/97-04/127, URBROJ: 558-03/1-98-1,
od 11. kolovoza 1998.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju i dopuni tipnog odobrenja te tablici u nastavkuosim:

Tip	MB BC 100	BA BC 200	MA BC 200
Razred točnosti	I	II	II
Tvorničke oznake SCALTECA	SBA i SBC	SBA, SBC, SPB i SSH	SBA, SBC i SPO
Max (g)	50...220	50...150000	50...4200

3. Ostalo

Prema izvornom rješenju i dopuni tipnog odobrenja.