

KLASA: UP/I-960-03/99-07/28  
URBROJ: 558-03/9-99-2  
Zagreb, 28. travnja 1999.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

### DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: EXPLORER i VOYAGER
  - proizvođač mjerila: OHAUS CORPORATION
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: SAD
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1016
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

### Objašnjenje

Tvrtka TEHNIČAR-SERVAG d.o.o. Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 14. travnja 1999. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti I, II III i IIII ("Narodne novine" broj 51/93 ) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Ravnatelj:  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., 10000 Zagreb, Medulićeva 14
2. OMN - Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda
  1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa mjerila: KLASA:UP/I-960-03/97-04/121, URBROJ:558-03/9-98-1, od 07. svibnja 1998.

## 2. TEHNIČKI PODACI

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

TIP	V - XXXXX E - XXXXX	V - XXXXX E - XXXXX	V - XXXXX E - XXXXX	V - XXXXX E - XXXXX
<b>RAZRED TOČNOSTI</b>	I	I	II	II
<b>Max(g); Max1 / Max2(g)</b>	62 ... 210; 100 / 210	62 ... 210; 100 / 210	210 ... 32000; 100 / 410;1000 / 4100	210 ... 32000; 100 / 410;1000 / 4100
<b>Min (g)</b>	0,010	0,010	0,020 ... 5	0,020 ... 5
<b>e (mg)</b>	1	1	10 ... 1000	10 ... 1000
<b>d (mg); d1 / d2 (mg)</b>	0,1; 0,1 ... 1	0,1; 0,1 ... 1	1 ...100; 1 / 10;10 / 100	1 ...100; 1 / 10;10 / 100
<b>Područje tare ≤%</b>	100	100	100	100
<b>Temperaturno područje rada</b>	18 °C / 23 °C	10 °C / 30 °C	10 °C / 30 °C	10 °C / 30 °C
<b>Kalibracija</b>	externa	interna	externa	interna
<b>Napajanje</b>	220 – 240 V (mrežni transformator na 12 V), 50-60 Hz			
<b>Prijamnik tereta (mm)</b>	φ 90	φ 90	φ 120 172 x 172 203 x 203 280 x 356	φ 120 172 x 172 203 x 203 280 x 356

## 3. Ostalo

Prema izvornom tipnom odobrenju.