

KLASA: UP/I-960-03/00-07/82
URBROJ: 558-03/9-00-2
Zagreb, 11. prosinca 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EXPLORER, VOYAGER i SCOUT
 - proizvođač mjerila: OHAUS CORPORATION
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SAD
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1016
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 28. srpnja 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v. r.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR - SERVAG d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, Medulićeva 14
3. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/121, URBROJ:558-03/9-98-1, od 07. svibnja 1998. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/28, URBROJ:558-03/1-99-2, od 28. travnja 1999. pod službenom oznakom HR M -2 - 1016.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

- 2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila proizvodnje OHAUS CORPORATION – SAD, tvorničke oznake tipa SCOUT, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

TIP	SC2020 SR2020	SC4010 SR4010	SC6010 SR6010	SCA210 SRA210	SCF0A0 SRFOA**
RAZRED TOČNOSTI	II	II	II	II	II
Max (g)	200	400	600	1200	6000
e (g)	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Temperaturno područje rada	10 °C / 40 °C	10 °C / 40 °C	10 °C / 40 °C	10 °C / 40 °C	10 °C / 40 °C
Prijemnik tereta (cm)	φ 10,2	12,7x14,6	12,7x14,6	12,7x14,6	12,7x14,6

**vage s oznakom tipa imaju sučelje RS232

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga tipa SCOUT te način ovjere

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.



ovjerna žig u obliku naljepnice

Slika 1