

KLASA: UP/I-960-03/03-07/104
URBROJ: 558-03/9-03-2
Zagreb, 10. rujna 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 81/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EXPLORER, VOYAGER, SCOUT, SCOUT PRO, NAVIGATOR i CX xxx
 - proizvođač mjerila: OHAUS CORPORATION
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SAD
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1016
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 18. kolovoza 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, II Pračanska 2a
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/104

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: OHAS CORPORATION

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip EXPLORER, VOYAGER,
SCOUT, SCOUT PRO, NAVIGATOR i CX xxx**

Službena oznaka tipa:

HR M-2-1016

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/121, URBROJ:558-03/9-98-1, od 07. svibnja 1998. i dopunama tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/28, URBROJ:558-03/1-99-2, od 28. travnja 1999., KLASA:UP/I- 960-03/00-07/82, URBROJ:558-03/1-00-2, od 11. prosinca 2000., KLASA:UP/I- 960-03/00-07/190, URBROJ:558-03/9-01-2, od 15. siječnja 2001. i KLASA:UP/I- 960-03/03-07/18, URBROJ:558-03/9-03-2, od 12. ožujka 2003. pod službenom oznakom HR M -2 -1016.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

- 2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila proizvodnje OHAUS CORPORATION – SAD, tvorničke oznake tipa SCOUT PRO SPGxxx, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

TIP	SPG xxx	
Tazred točnosti	II	III
Max (kg)	0,200...6,000	
e (g)	0,01...1	
n≤	20 000	6000
Tara	100%	
Temperaturno područje	10°C/30°C	-10°C /40°C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vaga tipa SPG xxx te način ovjere Zaštita kalibracionog prekidača

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/104

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-2-1016

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/104

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: OHAS CORPORATION

MJERILO: Elektromehanička vaga tip EXPLORER, VOYAGER,
SCOUT, SCOUT PRO, NAVIGATOR i CX xxx

Službena oznaka tipa:

HR M-2-1016

Slika 2

Zaštitni žig za kliješta kalibracionog prekidača
s donje strane vage

