

KLASA: UP/I-960-03/97-07/49  
URBROJ: 558-03/9-00-2  
Zagreb, 12. svibnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: MA BF 200 i BA BF 500 (LA/LP/LS..., FB/FC/FD... i IS...)
  - proizvođač mjerila: SARTORIUS
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Göttingen, SR Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1018
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka LIBRA ELEKTRONIKA d.o.o., Zaprešić, podnijela je ovom Zavodu, 08. svibnja 2000. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

**RAVNATELJ**  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v. r.

- Dostaviti:
1. LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.,
  2. 10290 Zaprešić, Savska 45
  3. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
  4. Pismohrana, ovdje
  5. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/113, URBROJ:558-03/1-98-4, od 24. srpnja 1998. pod službenom oznakom HR M -2 -1018.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim što će se na prvu ovjeru primati i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	BA BF 500	BA BF 500
Razred točnosti	II	III
Max (kg) može i do tri mjerna područja	16...300	16...300
e = (g)	1...20	20...100
Područje tare ≤ %	100	100
Temperaturno područje rada ( °C )	0/40	0/40

4. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vaga FB/FC/FD... Izgled platformi IS...

3. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.



**Slika 2**

**Slika 1**

