

KLASA: UP/I-960-03/02-07/93  
URBROJ: 558-03/9-02-2  
Zagreb, 30. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke KALTIM – ZAGREB d.o.o., Sveta Jana, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: BB BD 523, HA BD/HB BD 523, DK BD 323 i DL BD 323(LA/LP/LS, FB/FC... i IS...)
  - proizvođač mjerila: SARTORIUS
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Gottingen, SR Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1019
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka KALTIM - ZAGREB, Sveta Jana, podnijela je ovom Zavodu, 29. srpnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

**RAVNATELJ**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Kaltim – Zagreb d.o.o, 10453 Draga Svetojanska, Draga 8
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I-960-03/98-04/113, URBROJ: 558-03/9-98-5, od 31. srpnja 1998., pod službenom oznakom HR M-2-1019.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	LA3200D
Razred točnosti	II
Max <sub>1</sub> /Max <sub>2</sub> (g)	1010/3200
e <sub>1</sub> /e <sub>2</sub> (g)	0,01/01
d <sub>1</sub> /d <sub>2</sub> (g)	0,001/0,01

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage LA 3200D te način ovjeravanja i zaštite otvora kalibracionog prekidača Način zaštite vijaka kućišta vage
Slika 2	

4. OSTALO


Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

**Slika 1**




**Ovjerni žig u obliku naljepnice**

**Kalibracioni prekidač**




**Otvor kalibracionog prekidača**



**Zaštitni žig u obliku naljepnice**

**Slika 2**



Zaštitni žig u obliku  
naljepnice