

KLASA: UP/I-960-03/03-07/73  
URBROJ: 558-03/9-03-2  
Zagreb, 18. kolovoza 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 81/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: E 50S, E 154, EUROPE i EUROMATIC
  - proizvođač mjerila: GIBERTINI ELETTRONICA SRL
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Italija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-1022
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 12. lipnja 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

**R A V N A T E L J**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR SERVAG d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, Medulićeva 14
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/73

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: GIBERTINI ELETTRONICA SRL  
MJERILO: Elektromehanička vaga tip E 50S, E 154, EUROPE  
i EUROMATIC

Službena oznaka tipa:  
HR M-2-1022

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/02-07/18, URBROJ:558-03/9-02-2, od 15. svibnja 2002. pod službenom oznakom HR M -2 -1022.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila proizvodnje GIBERTINI ELETTRONICA SRL, tvorničke oznake tipa i mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

| TIP                | E50S E154        | EUROPE<br>(60 i 500) | EUROPE<br>(1000, 1700,<br>3000, 6000 i<br>8000) | EUROPE<br>4000AR | EUROMATIC |
|--------------------|------------------|----------------------|---|------------------|-----------|
| Razred<br>točnosti | I                |                      | II  |                  |           |
| Max (g)            | 40/210 150       | 60 510               | 1000...8000                                     | 2000/4000        | 6300      |
| e (g)              | (0,01/0,1 0,1)mg | 0,0001 0,001         | 0,01...0,1                                      | 0,01/0,1         | 0,1       |
| d                  | (0,01/0,1 0,1)mg | 0,0001 0,001         | 0,01...0,1                                      | 0,01/0,1         | 0,1       |
| Tara               | 100%             | 100%                 | 100%  | 100%             | 100%      |
| Temp.<br>područje  | 10 °C /40 °C     |                      |   |                  |           |

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

| Crtež   | Opis   |
|---------|--|
| Slika 1 | Izgled vage tipa EUROMATIC te način ovjere i zaštite |

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/03-07/73

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-2-1022

Slika 1

Ovjerni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig u obliku naljepnice