

**NOT APPROVED**

KLASA: UP/I-960-03/99-07/96  
 URBROJ: 558-03/9-99-2  
 Zagreb, 24. studenoga 1999.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: BL, PT, QT, IB, U, H, GT i PMA
  - proizvođač mjerila: Sartorius AG
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Goettingen, SR Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-2-17
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 18. studenoga 1999. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

**RAVNATELJ**  
 dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR SERVAG d.o.o.,  
10000 Zagreb, Medulićeva 14
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa :

broj 0204 - 1672/1, od 18. svibnja 1990., pod službenom oznakom M-2-17 i dopuni tipnog odobrenja KLASA: UP/I-960-03/98-07/50, URBROJ: 558-03/1-98-2 od 11. kolovoza 1998, pod službenom oznakom HR M-2-17.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju i dopuni tipnog odobrenja osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki navedenih u tablici u nastavku:

Razred točnosti	II
Tip	BL, PT, QT, U, H, GT i PMA
Napajanje	220 V / 50 Hz
Temperaturno područje rada	- 10 °C / +40 °C

3. Ostalo

Prema izvornom rješenju i dopuni tipnog odobrenja.