



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMONITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

ODOBRENJE Br. 0202-8156/1

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SFRJ«, broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima (»Službeni list SFRJ«, broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

KEMOSERVIS-FOTOMATERIAL, LJUBLJANA, Trg osvoboditve 2

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: VAGA KLASA TAČNOSTI (II)

B. TIP MERILA: 34.012

C. PROIZVOĐAČ MERILA: WEB WÄGETEHNİK, DDR

D. NAMENA MERILA: merenje mase do 5 kg

E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M2-1

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: neograničen broj merila
komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: _____

./.

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila (»Službeni list SFRJ«, broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila (»Službeni list SFRJ«, broj 63/79).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa (»Službeni list SFRJ«, broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.


BEOGRAD, 07.09. 1982

KONTROLA MJERA I DRAGOCENIH METALA

Br. 14-148

14. 02. 1983. god.

RIJEKA



PRILOG ODOBRENJU BROJ 0202-8156/1

Podnosilac zahteva: KEMOSERVIS-FOTOMATERIAL
61001 Ljubljana, Trg osvoboditve 2
Broj odobrenja: 0202-8156/1982
Naziv merila: Vaga klase tačnosti (II)
Tip merila: 34.012
Proizvodjač: WEB WÄGETECHNIK RAPIDO - DDR
Službena oznaka: M2-1

Odobrenje ne ograničava broj merila koja se mogu podnositi na pregled.

Odobrenje je radjeno na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br.6/78).

Naknada za ovo tipsko ispitivanje naplaćena je na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila sa tarifom naknada ("Službeni list SFRJ", br.63/79).

1. MERNO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti (II)
- 1.2. Max. merenje 5 kg
- 1.3. Min. merenje 50 g
- 1.4. Ispitni podeljak (e) 1 g
- 1.5. Opseg skale 1 000 g
- 1.6. Opseg tara uređaja 1000 g
- 1.7. Ugradjeni tegovi 4 x 1000 g - sistem supstitucije
- 1.8. Radni temperaturni uslovi od + 10°C do + 30°C
- 1.9. Granica dopuštene greške od 50 g do 5000 g $\pm 0,5$
- 1.10. Natpisi i oznake:
 - tip vage 34,012
 - proizvodni broj _____
 - Max. merenje 5000 g
 - Min. merenje 50 g
 - ispitni podeljak (e) 1 g
 - klasa tačnosti (II)
 - službena oznaka M2-1

2. NAČIN PREGLEDA I ŽIGOSANJA

- 2.1. Ispitivanje se vrši tegovima klase tačnosti F_2 saglasno Pravilniku o metrološkim uslovima za tegove ("Službeni list SFRJ", br.12/80), kao i Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br.6/78).
- 2.2. Žigosanje se vrši nalepnicom prema tački 9. Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri ispitivanju morila ("Službeni list SFRJ", broj 51/76). Nalepnica se stavlja sa prednje strane vage. Protiv otvaranja, vaga se plombira pomoću upredene žice i plombe na mestu koje je na vagi predviđeno.